

Standard Name4 of 4

↑

20A 0499 HD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal
Date: 09-Jul-20Time: 14:12:03

Batch Name1 of 1

↑


FA21-ITN-B106 FBM15042 1-1 3013998/III/21

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 09-Apr-21Time: 15:17:04

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80
I:c Ratio: (2.00 1.00)



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
FA21-ITN-B106 FBM15042 1-1 3013998/III/21	D65 10 Deg	0.63	-0.41	0.08	0.42	-0.11	-0.23	0.49		Pass	lighter	less saturated more blue
FA21-ITN-B106 FBM15042 1-1 3013998/III/21	F11 10 Deg	0.63	0.10	0.66	0.45	-0.24	0.21	0.55	0.83	Pass	lighter	less saturated more red