

Standard Name 112 of 112

↑

20B 0205-2 FRM

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 02-Jun-20 Time: 16:25:12

Batch Name 1 of 3

↑

MTR17080 B22177110AA-004 1-1 3047301/VII/22

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 25-Aug-22 Time: 13:50:38

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
MTR17080 B22177110AA-004 1-1 3047301/VII/22	D65 10 Deg	0.14	0.04	1.02	0.06	0.71	-0.35	0.79		Warn	too light	too bright	too yellow
MTR17080 B22177110AA-004 1-1 3047301/VII/22	F11 10 Deg	-0.03	-0.75	0.71	-0.01	0.60	0.62	0.87	0.86	Warn	too dark	too bright	too blue
MTR17080 B22177110AA-004 1-1 3047301/VII/22	A 10 Deg	0.25	1.11	1.05	0.11	0.78	-1.38	1.58	1.06	Fail	too light	too bright	too red



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form