

Standard Name 170 of 172

↑

21B 0034-1 CRD

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 20-Apr-21 Time: 09:55:27

Batch Name 3 of 3

↑

SJS7091 PR2122/68716 1-1 3052636/VII/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 15-Sep-21 Time: 16:31:05

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 PR2122/68716 1-1 3052636/VII/21	D65 10 Deg	-1.68	0.61	0.25	-0.86	0.28	0.38	0.98		Warn	too dark	too bright	too red
SJS7091 PR2122/68716 1-1 3052636/VII/21	F11 10 Deg	-1.68	0.67	0.28	-0.85	0.31	0.43	1.00	0.06	Pass	too dark	too bright	too red
SJS7091 PR2122/68716 1-1 3052636/VII/21	A 10 Deg	-1.58	0.62	0.41	-0.79	0.33	0.45	0.97	0.33	Pass	too dark	too bright	too red



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form