

Standard Name202 of 204

↑

7091/220850L-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 22-Feb-23Time: 08:24:48

Batch Name2 of 2

↑

R2218265 LU00355-A09ACB 98562 EXP230081

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 01-Nov-23Time: 09:24:26

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.001.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
R2218265 LU00355-A09ACB 98562 EXP2300819 PEACH BEL D65 10 Deg	-1.66	0.65	1.38	-0.62	0.68	0.36	0.99		Warn	too dark	too bright	too yellow
R2218265 LU00355-A09ACB 98562 EXP2300819 PEACH BEL F11 10 Deg	-1.62	0.97	1.54	-0.59	0.79	0.05	0.99	0.41	Warn	too dark	too bright	too yellow
R2218265 LU00355-A09ACB 98562 EXP2300819 PEACH BEL A 10 Deg	-1.53	0.90	1.47	-0.56	0.72	0.11	0.92	0.38	Warn	too dark	too bright	too yellow



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form