

Standard Name    129   of   130

↑

17109/200360L-C

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV   SCI UV Cal

Date: 11-Jan-23                      Time: 19:28:17

Batch Name                      4       of       4

↑

F3C17109 24070009IC-01 120092 EXP2301031

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV   SCI UV Cal


Date: 16-Feb-24                      Time: 14:31:06

CMC DE Pass/Fail Tolerance:       0.80

I:c Ratio: (   2.00   1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
F3C17109 24070009IC-01 120092 EXP2301031	D65 10 Deg	-1.04	-0.20	0.66	-0.41	0.60	0.23	0.76		Warn	too dark	too bright	too green
F3C17109 24070009IC-01 120092 EXP2301031	F11 10 Deg	-1.01	-0.36	0.68	-0.40	0.60	0.45	0.85	0.16	Pass	too dark	too bright	too green



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form