

Standard Name 129 of 130

↑

17109/200360L-C

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 11-Jan-23 Time: 19:28:17

Batch Name 3 of 3

↑

SJS7091 24070009IC-01 123458 EXP2301031

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 16-Feb-24 Time: 14:29:39

CMC DE Pass/Fail Tolerance: **0.80**

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 24070009IC-01 123458 EXP2301031	D65 10 Deg	-1.29	-0.17	0.53	-0.52	0.48	0.20	0.73		Warn	too dark	too bright	too green
SJS7091 24070009IC-01 123458 EXP2301031	F11 10 Deg	-1.27	-0.32	0.54	-0.50	0.47	0.41	0.80	0.16	Pass	too dark	too bright	too green



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form