↑ **Team Colleg Burgundy 2 AEPV** ↓

Visual Hue Request: RED(BLUISH)

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 01-Jul-22   Time: 11:14:29

Batch Name   1   of   1

↑ **60012609 FLTS-L2300445 5450** ↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 01-Mar-23   Time: 13:41:53

DataColor TOOLS 2.8.1   S/N NO. 8825260

Delta D65 / 10 F11 / 10

Standard %R

400-450nm	6.18	5.02	4.29	3.64	3.20	2.93
460-510nm	2.70	2.59	2.49	*2.41*	2.31	2.22
520-570nm	2.17	2.17	2.17	2.21	2.31	2.48
580-630nm	2.98	3.92	5.86	9.06	13.50	18.44
640-690nm	22.70	25.72	27.04	27.30	27.56	27.76
700nm	29.69					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

l:c Ratio: (2.00   1.00)

Single/All	Zoom In	Zoom Out	CMC Plot	Print Form

Batch Name	Ill/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color Comments		
60012609 FLTS-L2300445 54568 DOM2300155	D65 10 Deg	0.04	0.11	-0.13	0.03	0.04	-0.12	**0.13**		**Pass**	lighter	too bright	more blue
60012609 FLTS-L2300445 54568 DOM2300155	F11 10 Deg	0.81	1.93	0.93	0.56	1.10	0.24	**1.26**	2.24	**Fail**	lighter	too bright	more yellow