

Standard Name 103 of 126

↑

19053/200180M-B

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 28-Jul-22 Time: 13:32:34

Batch Name 1 of 1

↑

53 5344802 54983 DOM2300106 RHINO GREY

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 26-Feb-23 Time: 14:24:39

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SPQ19053 5344802 54983 DOM2300106 RHINO GREY	D65 10 Deg	0.07	0.23	0.32	0.03	-0.45	0.16	0.48		Pass	too light	too dull	too red
SPQ19053 5344802 54983 DOM2300106 RHINO GREY	F11 10 Deg	0.11	0.31	0.40	0.05	-0.56	0.15	0.58	0.12	Pass	too light	too dull	too red
SPQ19053 5344802 54983 DOM2300106 RHINO GREY	A 10 Deg	0.12	0.30	0.40	0.05	-0.52	0.28	0.60	0.11	Pass	too light	too dull	too red



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form