

Standard Name 123 of 123

↑

17109/210973D-E

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 09-Jan-23 Time: 22:20:54

Batch Name 1 of 1

↑

JS7091 B23027004AA-004 51335 DOM2300049

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 27-Feb-23 Time: 16:13:21


CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

▼

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
SJS7091 B23027004AA-004 51335 DOM2300049	D65 10 Deg	0.95	-0.72	-1.07	0.50	-0.50	-0.19	0.73		Pass	too light	too dull	too red
SJS7091 B23027004AA-004 51335 DOM2300049	F11 10 Deg	0.85	-0.38	-1.20	0.43	-0.45	-0.44	0.76	0.49	Warn	too light	too dull	too red
SJS7091 B23027004AA-004 51335 DOM2300049	A 10 Deg	0.84	-0.49	-1.30	0.41	-0.49	-0.41	0.76	0.51	Warn	too light	too dull	too red



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form