

Standard Name193 of 195

AF48 Semi SparkS24

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal  
Date: 15-Dec-22Time: 11:15:21

Batch Name1 of 8


60012609 BKJ 66456 OPN2300234

New BatRetrieve BatStore BatList Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal  
Date: 04-May-23Time: 13:40:16

Batch Name
60012609 BKJ 66456 OPN2300234
60012609 BKJ 66456 OPN2300234

DeltaD65 / 10F11 / 10



Single/AllZoom InZoom OutCMC PlotPrint Form

DataColor TOOLS 2.8.1S/N NO. 8823242

Standard %R						
400-450nm	23.34	19.68	17.65	16.47	16.14	16.61
460-510nm	17.99	20.19	23.64	26.69	29.60	33.23
520-570nm	37.81	43.49	50.42	58.01	65.36	72.20
580-630nm	78.48	83.03	86.21	88.08	88.88	89.33
640-690nm	89.56	90.00	90.48	90.87	91.34	90.98
700nm	90.57					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
D65 10 Deg	-1.35	0.71	0.03	-0.50	0.10	-0.52	0.73		Warn	too dark	too bright	too red
F11 10 Deg	-1.52	0.45	-0.60	-0.55	-0.16	-0.43	0.72	0.64	Warn	too dark	too dull	too red