

Standard Name74 of 85

↑

19106/210972L-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 20-May-23Time: 05:40:15

Batch Name2 of 3

↑

90117IR-01 72955 EXP2300370 POWDER BLU

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 01-Sep-23Time: 13:24:19

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
R2213455 23090117IR-01 72955 EXP2300370 POWDER BLU	D65 10 Deg	-2.08	-0.27	-0.39	-0.75	0.40	0.10	0.86		Warn	too dark	too bright	too blue
R2213455 23090117IR-01 72955 EXP2300370 POWDER BLU	F11 10 Deg	-2.07	-0.72	-0.47	-0.75	0.68	-0.30	1.06	0.47	Pass	too dark	too bright	too yellow
R2213455 23090117IR-01 72955 EXP2300370 POWDER BLU	A 10 Deg	-2.14	-0.57	-0.36	-0.78	0.51	-0.21	0.95	0.34	Pass	too dark	too bright	too yellow



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form