

Standard Name40 of 40

↑

17080/200294D-C

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 20-Dec-22Time: 22:16:38

Batch Name2 of 2

↑

047909AA-003 57330 DOM2300186 RED MERL

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 03-Apr-23Time: 15:15:49

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.001.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
R1117150 B23047909AA-003 57330 DOM2300186 RED MERL D65 10 Deg	-1.70	-0.09	0.04	-1.28	-0.05	0.06	1.28		Fail	too dark	too dull	too yellow
R1117150 B23047909AA-003 57330 DOM2300186 RED MERL F11 10 Deg	-1.73	-0.22	-0.06	-1.26	-0.15	0.02	1.27	0.20	Warn	too dark	too dull	too yellow
R1117150 B23047909AA-003 57330 DOM2300186 RED MERL A 10 Deg	-1.71	0.02	0.00	-1.19	0.01	-0.01	1.19	0.25	Pass	too dark	too bright	too blue



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form