

Standard Name 410 of 414

↑

17109/220757D-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 16-Mar-23Time: 16:47:01

Batch Name 3 of 3

↑

324/60861 79025 EXP2300359 ETHER GREEN

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 20-Jul-23Time: 15:53:55

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments			
SJS7091 PR2324/60861 79025 EXP2300359 ETHER GREEN	D65 10 Deg	-0.68	0.19	-0.93	-0.40	-0.61	-0.03	0.73		Pass	too dark	too dull	too yellow	
SJS7091 PR2324/60861 79025 EXP2300359 ETHER GREEN	F11 10 Deg	-0.78	0.59	-1.12	-0.46	-0.75	-0.24	0.91	0.42	Warn	too dark	too dull	too yellow	
SJS7091 PR2324/60861 79025 EXP2300359 ETHER GREEN	A 10 Deg	-0.71	0.22	-1.00	-0.41	-0.64	-0.26	0.80	0.09	Warn	too dark	too dull	too red	



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form