

**แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม
ครั้งที่...../ปี.....**

ชื่อบริษัท :
 เลขทะเบียนโรงงาน : ประกอบกิจการ :
 สถานที่ตั้ง :
 ปริมาณการระบายน้ำทิ้งขณะเก็บตัวอย่าง : ลบ.ม./ชั่วโมง
 ผู้เก็บตัวอย่าง : ทะเบียนเจ้าหน้าที่ :
 หน่วยงาน/ชื่อห้องปฏิบัติการ :
 ทะเบียนห้องปฏิบัติการ : เลขที่ใบรายงานผลวิเคราะห์ :
 วิธีวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ :
 รายละเอียดของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ : ยี่ห้อ (Brand) :
 รุ่น (Model) : หมายเลขเครื่อง (Serial No.) :
 รายการที่ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน : ☐ บีโอดี ☐ ซีโอดี

วันที่ เก็บตัวอย่าง	เวลา ที่เก็บตัวอย่าง	ค่าที่ เครื่องมือ ตรวจวัดได้ (มก./ลิตร) (M)	ค่าที่ ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ได้ (มก./ลิตร) (T)	ค่าความ คลาดเคลื่อน (มก./ลิตร) (E)	ค่าความ คลาดเคลื่อน ตามประกาศฯ (มก./ลิตร)

หมายเหตุ 1. คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้สูตร $E = M - T$

โดย E = ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดีหรือเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

M = ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีหรือซีโอดีที่ได้จากเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขณะเก็บตัวอย่างน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

T = ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีหรือซีโอดีที่ได้จากห้องปฏิบัติการ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

2. ในกรณีที่ผลตรวจวัดค่าบีโอดีหรือซีโอดีน้อยกว่าขีดจำกัดในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ให้ใช้ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ในการคำนวณ

3. การปัตเศษ ให้เป็นไปตาม มอก.929-2533

ผู้รายงานผลการทดสอบ

(.....)

ตำแหน่ง

ลงวันที่/...../.....

แนบไฟล์ (JPG / PNG /PDF)

1. ภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่าง (ขนาดไม่เกิน 2 Mb)*
2. ภาพหน้าเครื่องมือตรวจวัดที่แสดง ณ เวลาที่เก็บตัวอย่าง (ขนาดไม่เกิน 2 Mb)*
3. รายงานผลจากห้องปฏิบัติการ (ขนาดไม่เกิน 2 Mb)*