Travaux pratiques – TP 10 -

Suivi cinétique par spectrophotométrie : décoloration de l'érythrosine

Au programme



Savoirs

- ♦ Relever les indications sur le risque associé au prélèvement, au mélange et au stockage des produits chimiques et adopter une attitude responsable lors de leur utilisation.
- ♦ Suivi cinétique de transformations chimiques
- ♦ Suivi en continu d'une grandeur physique.



Savoir-faire

- ♦ Établir une loi de vitesse à partir du suivi temporel d'une grandeur physique.
- ♦ Exploiter les résultats d'un suivi temporel de concentration pour déterminer les caractéristiques cinétiques d'une réaction.
- ♦ Proposer et mettre en œuvre des conditions expérimentales permettant la simplification de la loi de vitesse.
- Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer une concentration ou une quantité de matière par spectrophotométrie UV-Visible.



I | Objectifs

- ♦ Revoir la technique de spectrophotométrie.
- ♦ Tracer un spectre d'absorption d'une solution colorée : l'érythrosine.
- ♦ Suivre la cinétique d'une réaction lente :
- ♦ Vérifier des conditions expérimentales de dégénérescence de l'ordre.

$II \mid A$

Analyser



Étude cinétique de la réaction entre l'érythrosine et l'eau de Javel

II/A) 1

Présentation

L'érythrosine est un colorant artificiel utilisé dans l'industrie alimentaire (E127) pour colorer les cerises et sirops. L'érythrosine (noté E) peut être décolorée par action des ions hypochlorite (ClO^-) selon l'équation bilan

$$E(aq) + ClO^{-}(aq) = EClO^{-}(aq)$$

Le produit EClO⁻ obtenu est incolore.

II/A) 2 Matériel et données



Données

- \diamond Solution d'érythrosine de concentration massique $c_m(E) = 30 \,\mathrm{mg} \cdot L^{-1}$.
- ♦ Solution d'eau de Javel (Na⁺ + ClO⁻) à 4,8% de chlore actif, soit une concentration molaire [ClO⁻] ≈ 0,24 mol·L⁻¹.
- ♦ Masse molaire de l'érythrosine : $M(E) = 880 \,\mathrm{g \cdot mol}^{-1}$.

II/A) 3 Étude des conditions expérimentales

- 1 Pourquoi peut-on penser qu'on peut suivre cette cinétique par spectrophotométrie?
- (2) Écrire la loi de vitesse de réaction. On appellera v cette vitesse, p l'ordre partiel par rapport à l'érythrosine q celui par rapport à ClO^- et k la constante de vitesse de la réaction.
- (3) En tenant compte des données, calculer les concentrations initiales respectives en érythrosine c_0 et en ions hypochlorite $[ClO^-]_0$ dans la cuve. Y a-t-il dégénérescence de l'ordre? Modifier l'écriture de la loi de vitesse dans ce cas, en notant k_{app} la constante de vitesse apparente.

 $\overline{\mathrm{II}/\mathrm{A}}$ Détermination de l'ordre partiel p par rapport à l'érythrosine

On rappelle la loi de BEER-LAMBERT, appliquée ici à l'érythrosine : $A = \varepsilon \ell[E]$. Montrer que :

- 4 Il faut tracer $\ln(A) = f(t)$ pour tester l'hypothèse p = 1.
- (5) Il faut tracer 1/A = f(t) pour tester l'hypothèse p = 2.

 $\overline{\mathrm{II}/\mathrm{A}}$) Détermination de l'ordre partiel q par rapport aux ions hypochlorites

On note $k_{\text{app},1}$ la constante de vitesse pour une concentration en ions hypochlorites $[\text{ClO}^-]_{01}$ et $k_{\text{app},2}$ la constante de vitesse pour une concentration en ions hydroxydes $[\text{ClO}^-]_{02} = [\text{ClO}^-]_{01}/2$.

(6) Montrer qu'alors

$$q = \frac{\ln\left(\frac{k_{\text{app},1}}{k_{\text{app},2}}\right)}{\ln(2)}$$

III Réaliser et valider

III/A Réalisation du spectre de l'érythrosine

Nous allons dans un premier temps établir le spectre d'absorption de l'érythrosine.



Spectre d'absorption


- \diamond Calibration du spectrophotomètre :
- 1) Calibrer; Appuyer sur 0/1 puis cuve vide ?: \overline{VAL} . et imprimer ?: \overline{ESC} .
- 2) Quand le calibrage est terminé : le spectro affiche : absorbance, etc
- 3) Arrêter l'appareil : 0/1.

III. Réaliser et valider

♦ Redémarrer le spectrophotomètre sous contrôle de l'ordinateur :

- 1) Ouvrir Regressi
- 2) Dans Fichier \rightarrow nouveau choisir S250
- 3) Choisir dans le menu du spectro le protocole de communication : S 250 I/PC.
- 4) Cliquer sur le bouton correspondant au spectro éteint. Le spectro se rallume alors (il faut quelques secondes!).
- ♦ Tracé du spectre : spectre paramétrable (335 ; 900) nm :
- 1) Choisir des longueurs d'ondes variant de 400 à 600 nm avec un pas de 3 nm.
- 2) Effectuer le zéro avec une cuve remplie d'eau distillée en cliquant sur BLANC. Le spectro trace une ligne (bleue) de zéro pour toutes les longueurs d'ondes.
- 3) Puis réaliser le spectre de l'érythrosine en remplissant la cuve au 3/4 de sa hauteur avec la solution, puis en cliquant sur SPECTRE.

Exploitation du graphe



- 2) Grâce au réticule, pointer la longueur d'onde de la valeur maximale.
- Imprimer la courbe après avoir retiré le zéro en x et relié les points grâce à un lissage d'ordre 3 (dans le menu Coordonnées, décocher « zéro inclus »).
- 2 À quelle longueur d'onde doit-on travailler ensuite pour avoir un maximum de précision sur la mesure de l'absorbance?

III/B Étude cinétique de la réaction

 $\overline{\text{III/B}}$) 1 Détermination de l'ordre partiel p par rapport à l'érythrosine

Suivi cinétique

- 1) Déconnecter le spectrophotomètre de l'ordinateur en le débranchant salement (mais proprement), puis le rallumer manuellement. Fermer Régression complètement.
- 2) Allumer de nouveau le spectro en le rebranchant et en appuyant sur $\lfloor 0/1 \rfloor$. Aller jusqu'au bout de la procédure de calibration.
- 3) Eteindre le spectro en appuyant sur 0/1. Le rallumer sous contrôle de l'ordinateur comme vu précédemment. Et choisir cette fois **suivi cinétique**.
- 4) Indiquer la valeur de λ_{max} pour déterminer la longueur d'onde à laquelle vous allez étudier l'évolution de l'intensité lumineuse.
- 5) Faire le zéro avec une cuve remplie d'eau distillée en cliquant sur « Z ».
- 6) Choisir ensuite 80 points, $\delta t = 4$ s, pour obtenir une durée d'expérience de 5 min environ. Valider. Puis refaire le blanc avec la cuve d'eau distillée en cliquant sur mettre le solvant avec la solution puis cliquer ici.
- 7) Prélever à la finnpipette : 1,2 mL d'eau de Javel, 1,2 mL d'eau distillée et 1,2 mL d'érythrosine



- que vous déposerez successivement dans une cuve. Recouvrir de *Parafilm* puis mélanger **rapidement**. Déposer cette dernière dans le spectro (dans le bon sens!) et lancer l'acquisition en cliquant sur mettre la cuve avec la solution puis cliquer ici.
- 8) Une fois l'acquisition terminée, transférer les données sous Regressi en cliquant sur l'icône prévue à cet effet. Créer les variables calculées nécessaires, puis effectuer les régressions linéaires trouvées précédemment; les superposer avec deux échelles : une échelle à gauche pour $lnA = \ln(A)$ et une échelle à droite pour invA = 1/A. Supprimer les zéros en ordonnées (menu coordonnées).
- $\boxed{3}$ Effectuer les régressions linéaires pour tester les hypothèses p=1 et p=2, et imprimer les courbes. Conclure sur la valeur de p.
- 4 Déterminer la constante apparente de vitesse de la réaction $k_{\text{app},1}$ et le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$.
 - III/B) 2 Détermination de l'ordre partiel q par rapport aux ions hydroxydes

Suivi cinétique

- **D**°
- 1) Recommencer une nouvelle acquisition en prélevant : 0,6 mL d'eau de Javel, 1,8 mL d'eau distillée et 1,2 mL d'érythrosine. On a ainsi divisé par 2 la concentration initiale des ions hypochlorites et maintenue constante celle de l'érythrosine.
- 2) Une fois l'acquisition terminée, transférer les données sous Regressi en cliquant sur l'icône prévue à cet effet.
- $\boxed{5}$ Vérifier l'ordre p que vous avez obtenu précédemment.
- 6 Déterminer expérimentalement la nouvelle constante apparente de vitesse de la réaction, notée $k_{\text{app,2}}$.
- $\boxed{7}$ En déduire l'ordre partiel q par rapport à ClO^- ; l'arrondir à sa valeur entière la plus proche.



Ne pas oublier d'imprimer les courbes obtenues, seuls repères pour l'examinataire. Vous prendrez soin de n'imprimer que les courbes et d'utiliser une impression noir et blanc.

${ m IV}|$ Conclure

- 8 Quels sont les ordres partiels expérimentaux?
- 9 Quel est l'ordre global de cette réaction?
- 10 Cette réaction suit-elle la loi de Van't Hoff?



Important

En fin de séance, nettoyez votre paillasse, débranchez le spectrophotomètre et ne pas oublier d'enlever la cuve à l'intérieur du spectrophotomètre.

Lycée Pothier 4/4 MPSI3 – 2023/2024