

Nødprocedure ved akut behov for konvertering til åben kirurgi

Konsol kirurg

Melder rød konvertering

Løsner greb
– master kontrollers

Melder instrumenter
fri – 1+2

Hvis 3. arm er i brug,
meldes 3. instrument
fri

Kittel og handsker –gå
direkte til lejet

Assistent + op. sygeplejerske

Fjerne instrument 1+2
Fjerne arm med port
vha. portkoblingsknap
-væk fra patient

Når instrument 3
er meldt fri, fjernes
instrument og arm
med port

Kameraarm med optik
og port fjernes og
flyttes langt ud til siden

OBS! ved ballonport
tømmes ballon for
luft. Brug kanyle til
at punktere ballon!

Gulv sygeplejerske

Kalder assistance
til gruppeleder
Kittel + handsker til
konsol kirurg

Åbner instrumenter
til åben procedure +
kniv, servietter og sug

Hjælpe tilkommende
læge med kittel og
handsker

Tage porte af
robotarme
Køre robot væk fra
lejet

Sygeplejerske Lotte Juul Hansen, urologisk OP.