



Certificate of Testing

Detail : Patient Monitor

Manufacture : Omron

Model : HEM-7120

S/N : SN-19312

ID No. : AST-1209

Departments : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล

Temperature : 24.93072032215068 Humidity : 47.39851041538475
± 2°C ± 5% R.H.

Cal. Date: 24/03/2026

Appr. Date: 25/03/2026

	STD Setting	UUC Reading	Error	Accept value	Result
Systolic Pressure	mmHg 120	120.04	0.04	mmHg +/- 8.00	ผ่าน
Diastolic Pressure	mmHg 76.67	76.62	-0.05	mmHg +/- 8.00	ผ่าน
Temperature	Celsius 37.5	37.47	-0.04	Celsius +/- 1.00	ผ่าน
Heart Rate	Pulse/Minute 70	70	-0.01	Pulse/Minute +/- 2.00	ผ่าน
SpO2	% 92.5	92.5	0	% +/- 2.00	ผ่าน

I : PASS	II : PASS	III : PASS	AVR : PASS	AVL : PASS	AVF : PASS	Alarm : PASS	1mV : PASS
----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

Calibration Standard Used

Manufacture	Model	S/N	Cal date	Cert No.
Fluke	87V	SN123456	15 Jan 2024	CERT-2024-001

วิธีทดสอบ : โดยการวัดเทียบกับเครื่องสร้างสัญญาณมาตรฐาน โดยการกำหนดค่าแรงดัน, อัตราการเต้นของหัวใจ อ่านค่าและจดบันทึก
โดยการนำเครื่องมือที่ต้องการทดสอบต่อเข้ากับเครื่องสร้างสัญญาณแล้วกำหนดค่า % และ ECG อ่านผลและจดบันทึก

Calibration by :

(นายสมโชค ชัยเกษ)

ช่างเทคนิค

Approved by :

(aaa)

หัวหน้าแผนก

Comment: This report certifies the testing results as of the date, the location and the conditions of testing only.