



Preventive Maintenance Report

Detail : Patient Monitor

Manufacture : -

Model : HEM-7120

S/N : SN-12344

ID No : AST-0005

Department : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล

PM Date : Sunday, March 22, 2026

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป

	ปกติ	ไม่ปกติ	N/A
1.1 สภาพภายนอก / โครงสร้าง	☒	☐	☐
1.2 ฝีมือการติดตั้ง/ยึดโยง	☒	☐	☐
1.3 การขับเคลื่อน/เบรค	☒	☐	☐
1.4 สายไฟ AC ปลั๊ก	☒	☐	☐
1.5 สายสัญญาณ	☐	☐	☒
1.6 ความตึงหย่อน/ความหนาแน่น	☒	☐	☐
1.7 เบรกเกอร์/ฟิวส์	☐	☐	☒
1.8 หลอด ท่อ/วัสดุท่อหุ้ม	☐	☐	☒
1.9 สายเคเบิล	☒	☐	☐
1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ	☒	☐	☐
1.11 Electrodes/Transducers	☒	☐	☐
1.12 ฟिलเตอร์	☐	☐	☒
1.13 สวิตช์/การควบคุม	☒	☐	☐
1.14 อินเตอร์	☒	☐	☐
1.15 มอเตอร์/ปั๊ม/พัดลม	☒	☐	☐
1.16 ระดับ/ของเหลว	☐	☐	☒
1.17 แบตเตอรี่/การชาร์จประจุ	☐	☐	☒
1.18 การแสดงผล	☐	☐	☒
1.19 Self Test	☐	☐	☒
1.20 สัญญาณเตือน	☐	☐	☒
1.21 สัญญาณแสดงการทำงาน	☐	☐	☒
1.22 ฉลาก/เครื่องหมาย	☐	☐	☒
1.23 อุปกรณ์ประกอบ	☐	☐	☒

หมายเหตุ

1

2. การปลอดภัย

	ปกติ	ไม่ปกติ	N/A
2.1 ระบบกราวด์ (0.5 OHM)	☒	☐	☐
2.2 การรั่วของกระแสไฟฟ้า	☒	☐	☐

หมายเหตุ

2

3. การบำรุงรักษา

3.1 ทำความสะอาดตัวเครื่อง, สายประกอบภายนอกและภายใน	☒
3.2 การหล่อลื่นจุดสัมผัสสกลไกต่างๆ	☒
3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน/ปรับจูนแก้ไข กลไกต่างๆ	☐
3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน ฟिलเตอร์/แบตเตอรี่	☒
3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ	☒

หมายเหตุ

3

สรุปโดยรวม



ผ่าน



ไม่ผ่าน

บำรุงรักษาโดย :

(นายสมโชค ชัยเกษ)

ช่างเทคนิค