



Servicio de Salud del Maule  
Hospital de Teno



## REFERENCIA TÉCNICA

### 1. DATOS GENERALES.

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Nº MEMORÁNDUM   | 229                         |
| FECHA SOLICITUD | 25.06.2026                  |
| SOLICITANTE     | DR. PAULO VALENZUELA BUSTOS |
| AREA / DEPTO    | SERVICIO DENTAL             |

### 2. PRODUCTOS O INSUMOS.

|          |  |
|----------|--|
| PRODUCTO |  |
|----------|--|

### 3. DESCRIPCIÓN REFERENCIA TÉCNICA

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p><b>Adquisición de Lámpara de Fotocurado Dental Inalámbrica de Alta Performance</b></p> <p><b>1. Desempeño Óptico y Espectro de Emisión</b></p> <p><b>Tecnología de Emisión:</b> El equipo deberá contar con una fuente de luz LED de amplio espectro (tecnología Polywave), mediante la integración de múltiples diodos emisores.</p> <p><b>Rango de Longitud de Onda:</b> El espectro de emisión lumínica deberá cubrir de forma continua y obligatoria el rango comprendido entre los <b>385 nm y 515 nm</b>. Esto tiene por objeto garantizar la correcta polimerización tanto de fotoiniciadores tradicionales (Alcanforquinona) como de iniciadores estéticos modernos de última generación (TPO, Ivocerin).</p> <p><b>Potencia e Intensidad Dual:</b> El dispositivo deberá disponer de un sistema de intensidad regulable que abarque un umbral desde los <b>1.000 mW/cm² hasta un máximo de 2.500 mW/cm²</b> en su modo de alta potencia, permitiendo optimizar los tiempos de trabajo clínico.</p> <p><b>2. Ingeniería Óptica y Colimación del Haz</b></p> |



Servicio de Salud del Maule  
Hospital de Teno



**Baja Dispersión Angular:** La lente óptica integrada en el extremo del cabezal deberá poseer un diseño de alta concentración lumínica con una **divergencia angular máxima de 11.5°**.

**Transmisión de Energía a Distancia:** El haz de luz deberá ser paralelo y colimado de forma tal que garantice que la pérdida de intensidad a una distancia clínica de 7 mm respecto al objetivo sea inferior al 40% en comparación con la potencia de salida nominal en la punta. Esto asegura un fotocurado profundo y uniforme en el fondo de cavidades complejas.

### **3. Ergonomía, Diseño Estructural y Bioseguridad**

**Diseño Ultra-Ligero:** Con el propósito de prevenir la fatiga músculo-esquelética del operador durante jornadas de estratificación estética prolongadas, el peso total del cuerpo principal de la pieza de mano deberá ser **igual o inferior a 85 gramos**.

**Geometría de Acceso Clínico Posterior:** La sección óptica frontal que ingresa a la cavidad oral del paciente deberá consistir en un **cabezal metálico de bajo perfil, angulado y con capacidad de rotación libre de 360°**. Se rechazarán sistemas tradicionales basados en varillas gruesas de fibra de vidrio expuesta, garantizando así el acceso seguro en pacientes con apertura bucal limitada o en segundos molares.

### **4. Gestión de Energía y Autonomía de Batería**

**Capacidad de la Celda:** El equipo será alimentado por una batería de litio integrada con una capacidad nominal mínima de **1.400 mAh**.

**Rendimiento por Carga:** El dispositivo deberá certificar una autonomía igual o superior a **400 ciclos de uso continuos de 10 segundos** por cada carga completa de la batería.

**Circuito de Salida Constante:** La placa electrónica del equipo deberá incorporar un sistema de estabilización de voltaje. Este mecanismo asegurará que la potencia de emisión lumínica se



Servicio de Salud del Maule  
Hospital de Teno



mantenga al 100% de su capacidad regulada, independientemente del consumo o nivel de carga remanente de la batería, evitando caídas de potencia previas al apagado de seguridad.

#### 5. Requisitos Administrativos y de Respaldo Técnico

**Certificaciones Internacionales:** Se exigirá la presentación de certificados de calidad de fábrica vigentes (tales como ISO 13485, marcado CE o certificación FDA).

**Garantía de Fábrica:** El proveedor adjudicado deberá otorgar una garantía técnica mínima de **12 meses** ante fallas de fabricación, con cobertura y respaldo directo dentro del territorio chileno.

#### 4. IMAGEN REFERENCIAL. (OPCIONAL)

AJUSTAR IMAGEN  
A RECUADRO.

