

KWG / FMJ / vmg

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENCIÓN

I. Antecedentes generales

Actualmente, el **C.C. Laboratorio clínico** presenta fallas operativas en su equipamiento de diagnostico. Debido a la naturaleza crítica de esta unidad para el diagnóstico médico, **se requiere el servicio de evaluación y diagnóstico** para asegurar la continuidad operativa y la seguridad del paciente. Específicamente, se requiere la intervención del siguiente equipo asociado a la **solicitud de mantención N° 103413**:

Bien y/o producto	Marca / Modelo	N° Inventario	N° Serie	Ubicación y/o C.C.
Microscopio	Olympus BX43 F	31-33623	0J63020	Laboratorio clínico

II. Acción de mantenimiento

Se solicita una evaluación técnica basada en los requerimientos informados por el personal clínico:

- **Diagnóstico de falla:** El equipo presenta fallas en regulador macromatrico y micromatrico.
- **Inspección técnica:** Se requiere determinar el origen de la falla.
- **Análisis de componentes:** Evaluación detallada para identificar componentes defectuosos que provocan la inoperatividad equipo.

El informe final deberá detallar los repuestos originales necesarios y el presupuesto correspondiente para su reparación y puesta en marcha.

III. Requisitos técnicos

- **Representación de marca:** Se requiere que la empresa prestadora cuente con la representación de la marca Olympus en Chile vigente a la fecha de postulación.
- **Garantía:** El servicio debe ser garantizado en todos sus procesos.

Valentina Mellado Godoy
Unidad de Equipos Médicos
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz,
Los Ángeles