



**Ministerio de Salud.
Servicio de Salud O'Higgins.
HOSPITAL DE SAN FERNANDO.
Unidad de Equipos Médicos.**



ANEXO N°1

Especificaciones Técnicas para participar en proceso de Compra Ágil asociada al servicio de mantenimiento correctivo con repuesto para Fuente de Luz modelo 20161420

Nombre de la empresa: _____

R.U.T.: _____

Fecha: _____

Requerimientos que debe cumplir los Repuestos para Fuente de Luz modelo 20161420

- Repuestos Originales para Fuente de Luz
- Cono Óptico
- Lampara Led

Requerimientos que debe cumplir las empresas que participen en esta compra:

- Repuestos Originales.
- Acceso actualizaciones de Software si aplica
- Personal Tecnico Capacitado para realizar mantenimiento Correctivos código 20161420-1 nivel 3
- Certificado de capacitación de personal tecnico

Observación: El postulante a este proceso afirma que cumple con los requerimientos solicitados, en caso que se encuentre algún documento adulterado será informado a la dirección de compras públicas.

Nombre y firma Encargado de
Servicio Tecnico