

ANEXO N°1
Especificaciones Técnicas para participar en proceso de Compra Ágil asociada a la compra de sensor de Flujo externo (proximal) con cable.

Nombre de la empresa: _____

R.U.T.: _____

Fecha: _____

Requerimientos que debe cumplir el cable


- Cable Original
- Compatible con sensor de flujo proximal
- Para Ventilador Mecánico modelo Trilogy Evo

Requerimientos que debe cumplir el Sensor de Flujo Externo

- Debe ser compatible con Ventilador Mecánico modelo Trilogy Evo
- El sensor proximal para circuitos de flujo activo y de doble extremidad para volúmenes inferiores a 50ml
- Dispositivo Reusable
- Código IHOPHVE1132106



Nombre y firma Encargado de
Servicio Técnico



1	Filtro antibacteriano
2	Conector de presión proximal
3	Conexión de la línea de la válvula espiratoria activa
4	Conector del cable del sensor de flujo
5	Tubo
6	Válvula espiratoria activa
7	Cable del sensor de flujo
8	Sensor de flujo conectado al circuito

Nombre y firma Encargado de
Servicio Técnico