

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS:

Características del Oxímetro:

Rango de Medición de SpO₂: 0 % ~ 100 % (Resolución: 1 %)

Precisión: 70%~100%: $\pm 2\%$ / 0%~69%: no especificado

Rango de Medición PR: 30 bpm~250 bpm (Resolución: 1 bpm)

Precisión: ± 2 bpm durante el rango de frecuencia del pulso de 30 bpm ~ 99 bpm y $\pm 2\%$ durante el rango de frecuencia del pulso de 100 bpm ~ 250 bpm.

Rango de Medición PI (Función de Selección): 0 % ~ 20 %

Precisión: 1% ~ 20 %, error absoluto permitido: $\pm 1\%$; 0 % ~ 0,9 %, error absoluto permitido: $\pm 0,2\%$

Precisión en Baja Perfusión: Baja perfusión 0,4 %.

Precisión de SpO₂: $\pm 4\%$.

Precisión de PR: ± 2 bpm durante el rango de frecuencia del pulso de 30 bpm ~ 99 bpm y $\pm 2\%$ durante el rango de frecuencia del pulso de 100 bpm ~ 250 bpm.

Modo de Visualización: Pantalla a color de 2,8"

Resolución de pantalla: 240* 320

Consumo de Energía: $\leq 0,84 \text{ V} \cdot \text{A}$

Voltaje de Funcionamiento: DC3.3V ~ 4.2V

Batería: batería de litio recargable incorporada, después de un corte de energía del equipo, la batería puede continuar funcionando.

Duración de la Batería: Carga y descarga no menos de 500 veces

Debe incluir:

- Equipo
- Sensor Adulto
- Sensor Pediátrico
- Sensor neonatal
- Cargador (Conector + cable)
- Manual de usuario

Mínimo 6 meses de garantía.