



INFORME TECNICO REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS

1.- Requerimiento

Solicitud de instrumental quirúrgico que corresponden a la especialidad de Cirugía Maxilo-facial.

2.- Objetivo

Mejorar la eficiencia y seguridad quirúrgica de la Unidad de Cirugía Maxilofacial, reponiendo el instrumental esencial para minimizar los riesgos de suspensión de cirugías por falta o deterioro de material, y para reducir los tiempos operatorios mediante la disponibilidad de instrumental completo, funcional y actualizado.

3.- Antecedentes

La solicitud de reposición de instrumental se justifica por la necesidad imperante de garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia en los procedimientos de la especialidad.

3.1. Justificación por Riesgo Operacional y Seguridad

El instrumental y equipamiento actual presentan un alto grado de deterioro que compromete la seguridad del paciente y del equipo quirúrgico.


- **Riesgo de Suspensión por Fallas Críticas:** La falta de operatividad o el deterioro de equipos clave como el Sellador y Disector palmar tipo "Small Jaw" representan un riesgo crítico. La reposición de este insumo es vital para la hemostasia y disección en cirugía abierta, garantizando procedimientos con menor sangrado y tiempos quirúrgicos acortados.
- **Instrumental Básico Ineficiente:** El desgaste de instrumental fino y reutilizable, como la Tijera Iris de 12 cm, compromete la precisión en la disección de tejidos delicados. Un filo deficiente incrementa el trauma tisular y dificulta el trabajo minucioso, afectando la calidad de los resultados y prolongando el tiempo operatorio.
- **Instrumental de Alta Precisión y Frecuencia de Uso:** La Freza redonda 0.25 reutilizable es un insumo de alta rotación en procedimientos de desgaste y corte óseo. Su reposición asegura la calidad del trabajo de precisión en hueso y evita la interrupción de cirugías por fresas sin capacidad de corte.



- La adquisición de Pieza de mano para cirugía oral (40.000 rpm) y la Pieza de mano sierra recíprocante, ambas compatibles con la consola NSK Surgic AP, es esencial. El deterioro o falla de las piezas de mano reduce la potencia y precisión en las osteotomías, exponiendo a la consola a sobrecarga. La reposición asegura la funcionalidad óptima de un equipo de alto costo ya instalado, reduce los tiempos de corte óseo. El uso continuo de piezas de mano antigua expone a paciente y cirujano a quemaduras profundas de piel por sobrecalentamiento.
- Cirugía Articular y Traumatológica: La solicitud del Ancla para muñeca 1.7mm diámetro y 5mm largo, con instrumento y material de inserción, está directamente ligada a procedimientos específicos de la articulación temporomandibular (ATM) o reconstrucción de pequeñas estructuras. Contar con este insumo minimiza la necesidad de derivación de casos complejos y asegura la disponibilidad de la técnica quirúrgica más avanzada para la fijación de tejidos.

Sellador y Disector palmar para cirugía abierta tipo "Small Jaw", compatible con consola COVIDEN	50
Ancla para muñeca 1.7mm diámetro y 5mm largo, debe venir con instrumento y material de inserción	40
Tijera Iris 12 cm, reutilizable.	40
Fresa redonda 0.25, reutilizable, para pieza de mano	200
Pieza de mano para cirugía oral, 40.000 rpm compatible con consola NSK Surgic AP	12
Pieza de mano sierra recíprocante, compatible con consola NSK Surgic AP	2

DR. IGOR MIÑO SOLIS
ENCARGADO DE CIRUGIA MAXILOFACIAL
HOSPITAL DE CALAMA DR. CARLOS CISTERNAS


Dr. Igor Miño Solís
Rut. 15.642.541-5
Cirujano Maxilofacial