



**Ministerio de Salud.
Servicio de Salud O'Higgins.
HOSPITAL DE SAN FERNANDO.
Unidad de Equipos Médicos.**



ANEXO N°1

Especificaciones Técnicas para participar en proceso de Compra Ágil asociada al servicio de mantenimiento correctivo con repuesto para 4 monitores modelo Umec12

Nombre de la empresa: _____

R.U.T.: _____

Fecha: _____

Requerimientos que debe cumplir los Repuestos para Monitores

- Repuestos Originales para Monitores modelo Umec12, VS600
- Módulo de Temperatura código 115-017687-00
- Sonda de Temperatura Fast código 6006-30-39590
- Receptáculo para sonda de temperatura código M09A-20-62062
- Carcasa Posterior para modelo VS600 código 115-018253-00
- Puerta de Batería para modelo VS600 código 115-018252-00

Requerimientos que debe cumplir las empresas que participen en esta compra:

- Repuestos Originales.
- Acceso actualizaciones de Software si aplica
- Personal Técnico Capacitado por el fabricante para realizar mantenimiento Correctivos e instalación de repuestos
- Certificado de capacitación por el fabricante

Observación: El postulante a este proceso afirma que cumple con los requerimientos solicitados, en caso que se encuentre algún documento adulterado será informado a la dirección de compras públicas.

Nombre y firma Encargado de
Servicio Técnico