

Características Requeridas

Material	Poliuretano
Características	Sonda de Marcapaso transitoria con Balón para estimulación cardiaca. El material del catéter está compuesto por poliuretano antitrombogénico y es libre de plastificantes tóxicos. La sonda de estimulación es de 110 cms y posee marcas cada 10 cms desde la punta de la sonda, como indicador de profundidad y posición de ésta. Los electrodos poseen una longitud de 5 mm y distancia entre electrodos de 10 mm. El electrodo distal es de color negro y electrodo proximal de color rojo balón de 1ml (CO2 o Aire). <i>Estos cuentan con adaptador para integración universal a fuentes de poder.</i> Radiopaco Posee balón de flotación, contiene látex Diámetro del balón inflado 8 mm Incluye jeringa de 3ml con tope de émbolo (1 ml) permite la dosificación exacta de Aire o CO2
Indicaciones	Bloqueo AV completo o de tercer grado Bloqueo AV de segundo grado con repercusión hemodinámica Bradicardias extremas con compromiso hemodinámico Taquiarritmias Fracaso de marcapasos permanente Pacientes cardio-operados
Contraindicaciones	No conocidas
Esterilización	Óxido de Etileno
Empaque	Transparente estéril