

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE 17 DOPPLER FETAL PORTATIL
SOLPED 10032825**

La Corporación Municipal de Peñalolén requiere contratar lo siguiente:

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de 17 doppler fetal portátil

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS:

Doppler fetal portátil para matronas:

- Equipo portátil para detección de frecuencia cardíaca fetal.
- Pantalla digital para visualización de frecuencia cardíaca fetal (FCF).
- Rango de medición de FCF: 50-240 latidos por minuto.
- Salida de audio mediante parlante incorporado.
- Alimentación mediante baterías recargables o pilas AA.

3. PRESUPUESTO DEL PROCESO

Estimado por \$1.000.000

4. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Oferentes deberán adjuntar cotización formal, con especificaciones técnicas de producto ofertado y fotografía referencial del producto ofertado, y deberá incluir todos los costos asociados al proceso. Oferentes que no cumplan con el adjunto, serán declarados inadmisibles.

5. DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

Servicio se realizará para distintos centros de salud

CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	DIRECCION DE DESPACHO
CESFAM LA FAENA	3	AV. ORIENTAL #7250
CESFAM PGW	3	AV. LITORAL #5960
CESFAM CSH	2	RIO CLARO #1090
CESFAM LO HERMIDA	3	AV. CORONEL ALEJANDRO SEPULVEDA #6931
CESFAM LAS TORRES	2	PRINCIPAL #5511
CESFAM CAROL URZUA	4	AV. CONSISTORIAL #1960

6. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

El proceso considera multas correspondientes a las establecidas y fijadas por Mercado Publico, para los procesos de Compra ágil.