

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN (1) CRIOSTATO, MARCA LEICA BIOSYSTEMS, PERTENECIENTE AL SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SANTIAGO

I. ALCANCE

Se requiere la compra de un servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN (1) CRIOSTATO, MARCA LEICA BIOSYSTEMS, PERTENECIENTE AL SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SANTIAGO.

II. OBJETIVO

Constituye un objetivo general de la compra que se suscriba al efecto, que el SML obtenga un servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN (1) CRIOSTATO, MARCA LEICA BIOSYSTEMS, PERTENECIENTE AL SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SANTIAGO, a fin de lograr un funcionamiento óptimo y continuo de los mismos, en beneficio de los usuarios y de los funcionarios de la Institución. El aseguramiento operacional deberá satisfacer con estándares de calidad, seguridad y disponibilidad establecidos a nivel nacional según normativa vigente. Que, para los fines precedentes, el proveedor con que se contrate deberá asegurar y será responsable de cumplir estricta y cabalmente con los requerimientos y especificaciones consagrados en este documento.

El criostato es un equipo crítico para la unidad de Histopatología, ya que permite la obtención de cortes histológicos de muestras biológicas congeladas provenientes de autopsias y otros peritajes médico legales, posibilitando la realización de análisis rápidos y complementarios al estudio anatómico y patológico convencional. Su correcto funcionamiento es fundamental para asegurar la continuidad y oportunidad de los procesos periciales.

Según lo reportado por usuarios de Histopatología Santiago, el equipo no estaría enfriando, y marca una temperatura de 32°C. Además, no se escucha el ruido de vibración del compresor por lo tanto se sospecha que no esté funcionando. Se solicitó un diagnóstico y revisión, y se determinó que el relé de estado sólido está dañado y por lo tanto se requiere su reemplazo para que funcione el sistema de enfriamiento.

La oferta del proveedor postulante debe contemplar obligatoriamente los siguientes puntos:

- Venta del repuesto indicado.
- **Reparación y pruebas de operación en presencia del usuario del equipo.**
- Incluir **certificado de la marca LEICA BIOSYSTEMS** que autorice al servicio técnico para el territorio chileno.

III. GENERALIDADES

Tabla N°1: Resumen de los equipos bajo compra de repuesto:

SEDE	UNIDAD	NOMBRE	MARCA	MODELO	N° SERIE
SANTIAGO	HISTOPATOLOGÍA	CRIOSTATO	LEICA BIOSYSTEMS	CM1850UV	2318

Tabla N°2: Datos de contacto de SML solicitante:

SML SOLICITANTE:	HISTOPATAOLOGIA – SML SANTIAGO
CONTACTO:	Tiare Riveros, Perito Histopatología, SML Santiago
CORREO:	triveros@sml.gob.cl
FONO:	(2) 27823599
DIRECCION:	Av. La Paz 1012, Independencia, RM.

IV. CONTACTOS TÉCNICOS.

- a) **Administrador del Contrato:** Corresponde al funcionario que velará por el correcto cumplimiento de los alcances del contrato, entre otras, plazos, aplicación de multas, etc.

ADMINISTRADOR: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN (1) CRIOSTATO, MARCA LEICA BIOSYSTEMS, PERTENECIENTE AL SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SANTIAGO

CONTACTO:	Humberto Opazo Galaz, Jefe del Depto. de Logística e Infraestructura.
CORREO:	hopazo@sml.gob.cl
DIRECCIÓN:	Av. Isabel Riquelme 1699, PAC, RM

- b) **Referentes Técnicos:** Corresponde al funcionario que prestará asesoría técnica en el proceso de compra o a quienes ellos deleguen con subrogantes y, son los siguientes:
- Tiare Riveros, Perito Histopatología, SML Santiago
 - Ana María Yáñez Rodríguez, Profesional de Logística e Infraestructura.
 - Melissa Peña Garrido, Profesional de Logística e Infraestructura.

V. OBLIGACIONES GENERALES

1. **PLAZO DE ENTREGA:** De acuerdo a lo ofertado por el proveedor se establecerá como plazo máximo lo detallado en su cotización, el cual será contabilizado a partir de la fecha de emisión de la orden de compra. En caso que NO sea señalado el plazo, se considerará un plazo máximo de 30 días hábiles.
2. Los servicios deberán ejecutarse en las dependencias del SML Solicitante; durante el horario de oficina en días hábiles, de Lunes a Viernes **9:00 a 15:00 Hrs.**, debidamente coordinados con el Administrador de Contrato o Referentes Técnicos, en concordancia con la disponibilidad del personal del SML. En caso que se requiera el retiro de los equipos para ejecutar estos mantenimientos, el proveedor deberá fundamentar el hecho e informar al Administrador, quien hará la entrega de una **Orden de Salida**.
3. De la **GARANTÍA TÉCNICA:** Para la prestación, el proveedor deberá considerar una Garantía mínima de **seis (6) meses**, por concepto de mano de obra.
4. Al finalizar el servicio, el proveedor deberá emitir un **documento que acredite el trabajo (Orden de Servicio)**, donde se debe describir en forma general las actividades realizadas. Dicho documento debe ser firmado por el referente técnico de la Unidad Solicitante una vez que haya probado el funcionamiento del equipo reparado, acto que **acepta** los trabajos y/o servicios realizados.
5. Si el trabajo es aceptado, el Proveedor deberá emitir un **informe técnico digital** (ver punto VII), documento que difiere de la Orden de Servicio. **La entrega de este documento da por terminado el servicio, y permitiría dar la Recepción Conforme del trabajo (otorgada por el referente técnico), por lo cual debe ser emitido antes de la entrega de la factura.**
6. La mano de obra, materiales, herramientas, movilización y/o traslado de equipos, etc. utilizados en la prestación serán por cargo del Proveedor y deberán ser incluidas en la cotización.

VI. INFORME TÉCNICO

Todo **INFORME TÉCNICO** deberá ser enviado en forma digital al Administrador del contrato y al Encargado del Laboratorio solicitante, y se dará un plazo máximo de **5 días hábiles** a partir de la entrega y recepción conforme del equipo bajo este servicio. Este documento técnico es importante para el proceso de acreditación del SML, y fundamenta el trabajo realizado. La entrega de este documento da por finalizado el servicio, y **si no es entregado antes de la factura, ésta última no será cancelada.**

El **INFORME TÉCNICO** debe incluir:

- Fecha del servicio.
- Descripción del Equipo: Nombre, Marca, Modelo y Serie.
- Descripción del Servicio: Indicar el procedimiento y actividades efectuadas, descripción de pruebas, etc.
- Descripción de Resultados y Observaciones: Se deben indicar los resultados obtenidos una vez realizadas las actividades y las observaciones que recomienda el Proveedor para evitar eventuales fallas tales como el mantenimiento a nivel usuario (actividades y frecuencia).
- Los valores de verificación si aplica, deberán incluir, por ejemplo: temperatura de trabajo, flujo de aire de gabinetes, rpm de centrifugas, conductividad del agua de salida de osmosis reversa, etc. Dichos resultados deben ser comparados con los valores estándar de fábrica.