



TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA AGIL
"ADQUISICION DE OXIMETROS DE PULSO"

Til Til, 10 de julio de 2026

I. Que por Reglamento Ley N° 19.886, se estableció la modalidad de compra denominada "Compra Ágil", mediante la cual las entidades públicas están facultadas para utilizar el sistema de Mercado Público para adquirir bienes o servicios por un monto menor o igual a 100 UTM, debiendo cumplir los demás requisitos que la normativa señala.

La solicitud de compra autorizada y enviada a la Unidad de Abastecimiento a través de la providencia N°989 de fecha 24 de junio 2026 y Memorandum N°53 de fecha 23 de junio de 2026 donde autoriza la adquisición de oxímetros de pulso portátiles multipaciente para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales y oxímetros de pulso portátiles para paciente adulto para Hospital Comunitario de Til Til.

Revisado por la unidad de Abastecimiento el catálogo Chilecompra Express de www.mercadopublico.cl y verificado que los servicios requeridos no se encuentran disponibles en dicho catálogo electrónico, es necesario iniciar el proceso de Compra Ágil de lo siguiente "ADQUISICION DE OXIMETROS DE PULSO"

II. METODO DE EVALUACION

OFERTA ECONOMICA 30%:

Para la evaluación de este criterio se considerará la siguiente fórmula: Oferta Económica = (P.M.O./P. O) x 30%
P.M.O = Precio Menor ofertado P.O. = Precio Ofertado

OFERTA TECNICA 40%

Los sub-factores a evaluar por este criterio y su ponderación serán los siguientes:

Sub – factores	Ponderación
Presenta propuesta con especificaciones técnicas requeridas (completando formulario N°1)	100 puntos
Presenta propuesta con especificaciones técnica detallada de productos solicitado en algún documento de la oferta	80 puntos
No indica detalle específico de lo solicitado en ningún documento	0 puntos

PLAZO DE ENTREGA 30%

Para la evaluación de este criterio se considerará la siguiente fórmula: Plazo de Entrega = (P.M.O./P. O) x 30%
P.M.O = Plazo de entrega Mínimo ofertado P.O. = Plazo de entrega Ofertado

III. PRESUPUESTO:

Presupuesto Total: \$ 2.500.000.- IVA INCLUIDO.

IV. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS/DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO SOLICITADO.
2	Unidades	Oxímetros de pulso	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL CANTIDAD: 2 Equipo: Oxímetro de Pulso Portátil Marca: EDAN o similar Modelo: H100B o similar Características Técnicas Mínimas • Equipo portátil para monitoreo continuo y puntual de saturación de oxígeno (SpO₂) y frecuencia de pulso (PR). · Pantalla LCD a color de alta resolución para visualización simultánea de parámetros y curvas pletismográficas. • Medición de Saturación de Oxígeno (SpO₂): rango de 0% a 100%. • Medición de Frecuencia de Pulso: rango de 20 a 300 lpm. · • Visualización de curva pletismográfica e indicador de intensidad de pulso. • Configuración de alarmas audibles y visuales para límites altos y bajos de SpO₂ y frecuencia de pulso. · Indicador de estado de batería y conexión de alimentación externa. • Memoria para almacenamiento y revisión de tendencias de monitoreo. • Diseño compacto, liviano y de fácil transporte. • Funcionamiento apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales mediante sensores compatibles. • Accesorios Incluidos • Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente adulto. • Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente pediátrico. • Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente neonatal. • Cable de conexión para sensores. • Batería recargable interna. • Cargador / adaptador de alimentación CA. • Manual de usuario en español o inglés. • Requisitos Generales • Equipo nuevo y sin uso. • Alimentación mediante red eléctrica y batería recargable. • Cumplimiento de normas de seguridad eléctrica para equipos médicos. • Garantía mínima de 12 meses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL			
CANTIDAD 2			
2	Unidades	Oxímetros de pulso	Equipo: Oxímetro de Pulso Portátil Marca: EDAN o similar Modelo: H100B o similar Características Técnicas • Equipo portátil para monitoreo no invasivo de saturación de oxígeno funcional (SpO₂) y frecuencia de pulso (PR). • Pantalla LCD color de alta visibilidad para visualización de parámetros y curva pletismográfica. • Medición de SpO₂ en rango de 0% a 100%. • Medición de frecuencia de pulso en rango de 20 a 300 lpm. • Indicador gráfico de intensidad de pulso. • Alarmas audibles y visuales configurables para parámetros fuera de rango. • Operación mediante alimentación eléctrica y batería recargable interna. • Diseño compacto y liviano para uso clínico y traslado entre dependencias. • Indicador de carga y estado de batería. • Apto para uso continuo en pacientes adultos mediante sensor compatible. Accesorios Incluidos • Sensor reutilizable de SpO₂ para paciente adulto. • Cable de conexión para sensor. • Cargador / adaptador de corriente original. • Batería recargable integrada. • Manual de usuario. Requisitos de Suministro • Equipo nuevo, sin uso. • Garantía mínima de 12 meses. • Entrega con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento inmediato



 Karina Henríquez Guzmán
 Encargada Unidad de Abastecimiento (S)
 Hospital Comunitario de Til Til