

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título:          | MANTENCIÓN CORRECTIVA A<br>ECÓGRAFO PORTÁTIL EDAN AX3 UCI<br>VALECH                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Características: | <p>Se requiere mantención correctiva a<br/>Ecógrafo Portátil Acclarix AX3 serie<br/>N°560435-M22B16160001</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Reemplazo e instalación de<br/>Transductor Lineal L12-5Q</b></li><li>· Resultado final: equipo<br/>operativo</li></ul> <p>Plazo de entrega máximo 05 días hábiles.</p> |
| Requisitos:      | <ul style="list-style-type: none"><li>· Repuesto nuevo sin uso,<br/>adjuntar carta de compromiso.</li><li>· Garantía de al menos 06 meses<br/>por desperfectos de fábrica, adjuntar<br/>carta de compromiso.</li><li>· Experiencia en mantención a<br/>Ecógrafos marca EDAN, adjuntar OC de<br/>respaldo.</li></ul>             |