

KWG / FMJ / jnn.

INFORME TÉCNICO

I. Antecedentes generales

Actualmente, el C.C. Medicina Materno Fetal presenta una falla operativa en su equipamiento de monitoreo fetal, lo que afecta la continuidad de las atenciones y la seguridad en la vigilancia clínica de las pacientes. Para resolver esta situación, se requiere el servicio de Evaluación y Diagnóstico con el fin de determinar la falla exacta en el sistema de registro.

A continuación, se detallan los datos del equipo asociado a la Solicitud de Mantención N° 98991:

Bien y/o producto	Marca / Modelo	N° Inventario	N° Serie	Ubicación y/o C.C.
Monitor Cardiofetal	Toitu / MT-516	31-54743	M011789	Medicina Materno Fetal

II. Acción de mantenimiento

Se solicita una evaluación técnica integral basada en los estados de falla informados por el personal clínico, centrados en la calidad del registro gráfico:

- Deficiencia de Impresión:** Se ha detectado que el registro en el papel térmico es muy suave o tenue, lo que dificulta la lectura clara de los trazados de frecuencia cardíaca fetal y actividad uterina.
- Evaluación del Cabezal Térmico:** Se requiere determinar si la baja intensidad de la impresión se debe a un agotamiento del cabezal térmico, falta de limpieza, un ajuste incorrecto en los parámetros de contraste del equipo o problemas en el voltaje de alimentación del sistema de impresión.
- Impacto Operativo:** La imposibilidad de obtener registros legibles compromete la fidelidad de los registros clínicos y la calidad del diagnóstico, por lo que su evaluación es urgente para asegurar la continuidad del servicio.

Se requiere que el servicio técnico especializado realice una inspección detallada del mecanismo de impresión para determinar si es necesario realizar una limpieza técnica, un ajuste de configuración o el reemplazo definitivo del cabezal térmico.

III. Requisitos técnicos

- Representante de Marca:** El servicio técnico debe contar con respaldo, representación o experiencia comprobable en la marca **Toitu** para garantizar el uso de repuestos originales.
- Certificaciones:** El personal debe poseer certificaciones técnicas vigentes para la manipulación y calibración de equipamiento médico de obstetricia.
- Informe de Diagnóstico:** El informe final deberá detallar los repuestos necesarios y el presupuesto para su reparación.

Jonathan Neira Neira
Firmado digitalmente por Jonathan Neira Neira
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jonathan Neira Neira, c=CL, l=Los Angeles, st=Biobío, email=administrador.panel@ssbiobio.cl
Fecha: 2026.04.08 11:23:24 -04'00'
Jonathan Neira Neira
Unidad de Equipos Médicos
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz,
Los Ángeles