

TERMINOS DE REFERENCIA

“CALIBRACIÓN CÁMARA DE IONIZACIÓN”

1 Antecedentes generales y justificación

Se mantiene una cámara de ionización Marca Ludlum Modelo 9DP, que tiene por objetivo detectar dosis de rayos x en los establecimientos que requieran autorización de sus instalaciones radiactivas, para verificar el cumplimiento de las dosis de exposición. El equipo según la última calibración tiene vigencia hasta el año 2026, por lo tanto, se hace necesario realizar la calibración con el patrón nacional de referencia de metrología de radiaciones ionizantes que garantiza los sistemas detectores de radiaciones ionizantes.

2 Descripción del servicio/producto que se requiere

Se solicita calibración estandarizadora de 1 detector de radiación ambiental tipo Cámara de ionización marca LUDLUM 9DP N° 25015680

3 Lugar de entrega o el lugar en que se debe desarrollar el servicio

Una vez adjudicada la licitación, se coordinará con la empresa adjudicataria el despacho y la recepción del equipo en la dirección que oportunamente sea informada. Para estos efectos, el envío se gestionará a través de Correos de Chile, siendo los costos de despacho de cargo de la SEREMI de Salud.

El equipo deberá ser despachado y entregado en la Oficina de Partes de la SEREMI de Salud a nombre de Victor San Martín, ubicada en Chacabuco N.° 700, Valdivia, en horario hábil: de lunes a jueves, entre las 08:00 y las 13:00 horas, y entre las 15:00 y las 17:00 horas; y los viernes, entre las 08:00 y las 13:00 horas, y entre las 14:00 y las 16:00 horas.

4 Presupuesto Referencial

El presupuesto referencial asciende a un total de \$700.000.- (Setecientos mil pesos), todos los costos e impuestos incluidos, los cuales se imputarán al programa 000010 \ ASANITARIA \ CONTINUIDAD - SALUD OCUPACIONAL (Subt. 22) \ 2026.

5 Plazo máximo de entrega

25 días hábiles

6 Unidad Técnica

La supervisión técnica de la ejecución en la entrega de bienes y/o servicios estará a cargo de la unidad técnica. Asumirá estas funciones Sr. Víctor San Martín del Departamento Acción Sanitaria/Sección de Salud Ocupacional quien lo subrogue o en su defecto su jefatura inmediata, a quien corresponderá:

- Supervisar, controlar, revisar y aprobar la entrega de los productos y/o servicios de acuerdo con los requerimientos técnicos y en los plazos establecidos;
- Entregar la información necesaria al encargado de inventarios de la Subsecretaría si correspondiera a compra de bienes.

7 Forma de Pago

El adjudicado deberá ACEPTAR la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo de 2 días hábiles desde su emisión. El organismo comprador rechazará toda factura que hayan sido emitidas sin esta aceptación

El monto total de la Orden de Compra se pagará en 1 cuota (en caso de que sea por hito o mensual deberá indicarse), contra la recepción conforme de la contraparte técnica indicada en este documento.

Cumpliendo estos requisitos; Aceptada orden de compra, Factura, acta recepción conforme y verificadores, ésta se debe entregar a Abastecimiento para realizar “Recepción Conforme” en el portal www.mercadopublico.cl.

8 Facturación

- En la factura deberá indicarse descripción, detalle y período del servicio o producto, según Orden de compra.
- Modalidad de pago: Crédito
- En el campo de Referencia 801 indicar claramente el número de la orden compra y fecha de la Orden de compra.

Ejemplo:

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	1497-XX-XXXX	19-02-2025	

Enviar en archivo XML al correo subsalrecepcion@custodium.com en las próximas 72 horas a la emisión, de lo contrario, el sistema automáticamente reclamará el documento.

9 Criterio de desempate

Si 2 o más ofertas se encuentran igualadas en precio, se priorizará al oferente que cuente con sello mujer, lo cual será verificado por la Sección de Abastecimiento e informado a la contraparte técnica.