

OBJETIVOS	• <u>Compra de repuesto para electrocardiógrafo perteneciente al servicio de Urgencia.</u>										
DESCRIPCIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO	• <u>Repuestos</u>										
ESPECIFICACIONES	• Los repuestos están asociados al siguiente equipo: <table><tr><th>Equipo</th><th>Marca</th><th>Modelo</th><th>N° Serie</th><th>N° Inventario</th></tr><tr><td>ECG (electrocardiógrafo)</td><td>GE</td><td>MAC 600</td><td>SS521450243PA</td><td>2-62003</td></tr></table>	Equipo	Marca	Modelo	N° Serie	N° Inventario	ECG (electrocardiógrafo)	GE	MAC 600	SS521450243PA	2-62003
	Equipo	Marca	Modelo	N° Serie	N° Inventario						
	ECG (electrocardiógrafo)	GE	MAC 600	SS521450243PA	2-62003						
		• El repuesto asociado es el siguiente: <table><tr><th>Repuesto</th><th>Especificaciones técnicas:</th></tr><tr><td>Tarjeta principal para ECG, marca GE, modelo MAC 600</td><td> • Compatibilidad: ECG MAC 600 • Componente electrónico que procesa las señales cardíacas. • Dimensiones: 19 x 17 [cm] • Voltaje de entrada: 12 [V] DC </td></tr><tr><td>Mantenimiento correctiva para ECG, marca GE, modelo MAC 600</td><td> • Desarme del equipo, limpieza interna de los componentes electrónicos, diagnóstico y montaje del nuevo repuesto. • Calibración y validación de la adquisición de señales mediante el uso de simulador asegurando que los trazados cumplan con los estándares de fábrica de GE. • Servicio técnico exclusivo compatible con ECG MAC 600. </td></tr></table>	Repuesto	Especificaciones técnicas:	Tarjeta principal para ECG, marca GE, modelo MAC 600	• Compatibilidad: ECG MAC 600 • Componente electrónico que procesa las señales cardíacas. • Dimensiones: 19 x 17 [cm] • Voltaje de entrada: 12 [V] DC	Mantenimiento correctiva para ECG, marca GE, modelo MAC 600	• Desarme del equipo, limpieza interna de los componentes electrónicos, diagnóstico y montaje del nuevo repuesto. • Calibración y validación de la adquisición de señales mediante el uso de simulador asegurando que los trazados cumplan con los estándares de fábrica de GE. • Servicio técnico exclusivo compatible con ECG MAC 600.			
Repuesto	Especificaciones técnicas:										
Tarjeta principal para ECG, marca GE, modelo MAC 600	• Compatibilidad: ECG MAC 600 • Componente electrónico que procesa las señales cardíacas. • Dimensiones: 19 x 17 [cm] • Voltaje de entrada: 12 [V] DC										
Mantenimiento correctiva para ECG, marca GE, modelo MAC 600	• Desarme del equipo, limpieza interna de los componentes electrónicos, diagnóstico y montaje del nuevo repuesto. • Calibración y validación de la adquisición de señales mediante el uso de simulador asegurando que los trazados cumplan con los estándares de fábrica de GE. • Servicio técnico exclusivo compatible con ECG MAC 600.										
CONSIDERACIONES	• Equipo asociado a prestaciones GES de alta demanda usuaria. • Altamente utilizado para diagnóstico y visualizaciones de anomalías cardíacas. • Se solicita: ➤ Cotización. ➤ Indicar plazo de entrega del servicio. ➤ Indicar tiempo de garantía (no inferior a 3 meses). ➤ Certificado de representación de la marca y/o de la marca autorizado. ➤ Repuestos nuevos y originales. ➤ Cumplir con especificaciones técnicas descritas.										