

Nombre del Producto:

Lápices Electrobisturí Desechables para Establecimientos de la Red de Atención Primaria de Salud.

Descripción General:

Dotar al equipo de cirugía menor de la comuna con electrobisturí desechables y estériles, garantizando la disponibilidad de insumos necesarios para la realización de procedimientos quirúrgicos menores y cirugías ambulatorias en condiciones óptimas de asepsia y eficiencia operativa.

Función:

Cubre la necesidad institucional de contar con instrumental quirúrgico, permitiendo realizar cortes y coagulación de tejidos de forma precisa durante las atenciones médicas de cirugía menor.

Nivel de Calidad Esperado:

Estándar clínico de alta resistencia para uso en pabellones de cirugía menor. El producto debe cumplir estrictamente con normativas internacionales de fabricación de dispositivos médicos, garantizar esterilidad absoluta y un empaque termosellado de alta resistencia que asegure la indemnidad del insumo hasta su apertura.

Especificaciones Técnicas del Bien/Servicio

- **Ítem:** Lápiz para Electrobisturí Desechable Monopolar.
- **Tipo:** Lápiz de electrocirugía con comando manual de doble botón (diseño ergonómico para activación de funciones de corte y coagulación independientes).
- **Dimensiones Referenciales:** Cable de conexión flexible con una longitud estándar mínima de 3 metros para permitir libre movimiento en el campo quirúrgico. Electrodo de punta estándar (tipo laringo, aguja u hoja) con una longitud aproximada de 2.5 a 7 cm, desmontable y con sistema antigiro.
- **Color:** Cuerpo del lápiz en colores estándar clínicos (habitualmente blanco o azul), con botones de comando diferenciados por color universal (Amarillo para Corte / "Cut" y Azul para Coagulación / "Coag").
- **Materiales:** Cuerpo exterior de plástico ABS de grado médico, aislante térmico y eléctrico, impermeable a fluidos. Cable con revestimiento de PVC de grado médico altamente flexible. Conector universal de 3 pines (macho) compatible con la mayoría de las consolas de electrobisturí estándar del mercado. Electrodo de acero inoxidable o con recubrimiento antiadherente.
- **Garantía:** Mínimo 12 meses contra defectos de fabricación o fallas en el sellado de esterilidad.

- **Presentación:** 46 cajas que contenga 10 unidades debidamente individualizadas, o en su defecto, packs o set que cumpla con la cantidad total de 460 unidades. Cada lápiz debe venir en un empaque individual estéril (Blister plástico-papel grado médico) termosellado, que incluya rotulación clara con lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento (vida útil del estéril).

Características Técnicas Críticas

- **Comando Manual:** Sistema de dos botones tipo "click" con buena respuesta táctil, que prevenga la activación accidental.
- **Compatibilidad:** Conector de 3 pines (estándar internacional) que asegure una compatibilidad universal.
- **Seguridad Eléctrica:** Aislamiento eléctrico óptimo sin fugas de corriente ni sobrecalentamiento del mango.
- **Esterilización:** Producto esterilizado por Óxido de Etileno (EO) o radiación gamma. No se aceptarán productos cuyo empaque presente adulteraciones, roturas o viraje erróneo del indicador químico de esterilización.

Requisitos Funcionales, Operativos o Normativos

- **Certificación Sanitaria:** El producto debe contar con registro, autorización o certificación vigente de organismos reguladores oficiales (como ISP en Chile, o certificaciones internacionales equivalentes como FDA o Mercado CE) que avalen su uso como dispositivo médico seguro.
- **Normativa de Calidad:** Fabricación bajo estándares de calidad para dispositivos médicos (ISO 13485 o equivalente).
- **Rotulado Obligatorio:** El envase primario debe indicar explícitamente la condición de "Desechable", "Monopaciente" o "No reutilizar", además del método de esterilización empleado.

Instalación, Capacitación y Soporte

- **Capacitación incluida:** No requerida de manera presencial. Sin embargo, el proveedor debe adjuntar de forma digital o física el manual de uso correcto, recomendaciones de almacenamiento y ficha de seguridad del producto en idioma español o inglés.
- **Soporte postventa:** Sí. El oferente adjudicado debe proveer un canal de atención técnica/comercial directo ante eventuales reportes de tecnovigilancia o fallas en lotes específicos.

Vida Útil Esperada / Condiciones de Uso

- El producto debe contar con una vida útil remanente (vencimiento de la esterilidad) de **al menos 24 meses** al momento de ser recepcionado en la bodega comunal.

- Debe mantener sus propiedades óptimas almacenado en condiciones ambientales secas, protegido de la luz solar directa y a temperaturas entre 5°C y 30°C.

Plazo de Entrega

- Máximo 20 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra en el portal de Mercado Público. El plazo comienza a correr de forma estricta una vez aceptada la OC por el proveedor.

Lugar y Horario de Entrega

La entrega de los insumos deberá realizarse exclusivamente en las dependencias de la central logística comunal, bajo los siguientes parámetros de atención:

- **Lugar:** Bodega de la Corporación Municipal de Punta Arenas
- **Dirección:** JOSE GONZALEZ #1040, Punta Arenas, Región de Magallanes
- **Horario de recepción:**
 - Lunes a jueves: 08:00 a 12:30 hrs y 14:00 a 16:00 hrs
 - Viernes: 08:00 a 12:30 hrs y 14:00 a 15:45 hrs

La recepción conforme se efectuará única y exclusivamente en los horarios indicados. Es responsabilidad mandatoria del proveedor coordinar la llegada del transporte con un mínimo de 48 horas de anticipación con el encargado de bodega, considerando las condiciones climáticas y logísticas particulares de la zona de Magallanes.

Documentos Requeridos al Proveedor (Criterios de Evaluación en Mercado Público)

Para la admisibilidad y posterior evaluación de las ofertas en la plataforma de Mercado Público, los oferentes deberán adjuntar de manera obligatoria los siguientes antecedentes:

- Certificado de vigencia de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Declaración jurada simple de no estar afecto a las inhabilidades para contratar con el Estado establecidas en la Ley de Compras Públicas (Ley 19.886).
- Ficha técnica oficial del fabricante del producto, la cual debe incluir imágenes referenciales nítidas, detalles del material, dimensiones, compatibilidades eléctricas y certificaciones de esterilidad.
- Copia de certificaciones internacionales vigentes (ISO 13485, CE, FDA) o autorizaciones del Instituto de Salud Pública (ISP) si correspondiera según la naturaleza del dispositivo.
- Resolución sanitaria de las bodegas de almacenamiento del distribuidor de origen (para asegurar la correcta cadena de custodia de insumos médicos estériles).

Reposición en caso de producto dañado o defectuoso

El proveedor adjudicado deberá reponer, sin costo adicional alguno para la Corporación Municipal, cualquier unidad o lote de producto que sea entregado con daños visibles en el empaque primario, pérdida de sellado, fallas de fábrica detectadas al momento de la entrega o que no cumpla con la vida útil remanente exigida. Esta reposición deberá materializarse en un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la notificación formal del rechazo por parte del encargado de bodega o del hito de control clínico, procediendo bajo una recepción catalogada como "no conforme".

Desempate y Preferencia Local

Preferencia de Oferentes Locales: En caso de que se produzca un empate entre dos o más oferentes que ofrezcan bienes de similares características técnicas y de calidad, se valorará positivamente y se adjudicará con estricta prioridad al oferente que demuestre arraigo o base de operaciones local en la comuna de Punta Arenas o dentro de la Región de Magallanes.

Esta preferencia será aplicable siempre y cuando el oferente local cumpla rigurosamente con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias detalladas en este documento. La aplicación de esta medida responde a un objetivo estratégico de eficiencia en la gestión logística institucional. Debido al aislamiento geográfico de la zona, se busca optimizar y disminuir drásticamente los tiempos de transporte y entrega de insumos críticos de salud, mitigando riesgos de desabastecimiento por cierres de conectividad de rutas o demoras en fletes aéreos/marítimos. Asimismo, garantiza una capacidad de respuesta inmediata y presencial para la reposición de productos defectuosos, asegurando la continuidad operativa de los programas y atenciones quirúrgicas de la atención primaria de salud comunal.