

Nombre del Producto

Frascos de Muestra de Biopsia en Sistema Cerrado con Formalina.

Descripción General / Objetivo de la Compra

Dotar a los centros de salud dependientes de la Corporación Municipal con frascos de muestras para biopsia de 60 ml en sistema cerrado. El objetivo es garantizar la conservación óptima de las muestras de tejido bajo estándares estrictos de bioseguridad, minimizando la exposición de los funcionarios de salud a los vapores del formaldehído.

Función

Asegurar la integridad de las muestras patológicas tomadas en la comuna. Al ser un sistema cerrado, se evita el derrame y la inhalación de sustancias nocivas durante la manipulación.

Nivel de Calidad Esperado

Estándar clínico de alta resistencia, diseñado específicamente para uso intensivo en laboratorios y centros asistenciales. Cumplimiento estricto de normativas de almacenamiento de sustancias químicas y bioseguridad nacional.

Especificaciones Técnicas del Bien/Servicio

- **Ítem:** Frasco muestra de biopsia en sistema cerrado de 60 ml.
- **Tipo:** Contenedor que constituye un sistema hermético y cerrado de formalina. Está compuesto por un recipiente, una tapa que encapsula la formalina, una matriz, un filtro y el líquido fijador incorporado.
- **Mecánica de uso:** Una vez añadido el tejido al recipiente (recomendado para muestras en un intervalo de 2 mm³ a 3 mm³), se coloca la tapa y se cierra. La liberación de la formalina se acciona de forma manual directamente en el dispositivo.
- **Dimensiones Referenciales:** Capacidad de volumen total del contenedor de 60 ml.
- **Color:** Contenedor traslúcido o transparente que permita verificar visualmente la presencia de la muestra, con tapas o rotulados de colores normativos y sobrios.
- **Materiales:** Polímero médico de alta resistencia, hermético, diseñado para la conservación segura de tejidos en sistemas cerrados sin fugas ni permeabilidad a los gases.
- **Composición química:** Debe contener formaldehído al 4% en una solución neutra tamponada (pH 7,0) con menos de 0,2% de metanol (equivalente a una solución de formalina al 10%).
- **Garantía:** Mínima de 12 meses contra defectos de fabricación o fallas en el mecanismo de activación manual.
- **Presentación:** Caja que contenga 18 unidades, embalada y rotulada con el nombre del proveedor, lote y fecha de vencimiento visible.

Características Técnicas Críticas El dispositivo debe impedir de forma absoluta el contacto directo del operador con la formalina líquida o sus vapores antes y durante la introducción del tejido. El mecanismo de liberación debe ser manual y activarse únicamente de manera posterior al sellado hermético de la tapa.

Requisitos Funcionales, Operativos o Normativos

- El producto debe estar diseñado para ser utilizado por enfermeros, técnicos de laboratorio u otro personal clínico debidamente capacitado.
- Debe cumplir con las certificaciones del Instituto de Salud Pública (ISP) o normativas internacionales equivalentes para dispositivos médicos de conservación de muestras.

Instalación, Capacitación y Soporte

- **Capacitación:** Se podrá solicitar una inducción remota o material audiovisual digital explicativo sobre el correcto accionamiento manual del sistema cerrado para el personal de los centros de salud.
- **Soporte postventa:** Sí (atención ante fallas de activación del producto).

Vida Útil Esperada / Condiciones de Uso

El producto debe contar con una vida útil mínima de 2 años desde el momento de su entrega en bodega.

- **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en posición vertical, a una temperatura ambiente regulada entre +10°C y +25°C, protegido de la luz solar directa y en lugares adecuadamente ventilados.

Condiciones de Entrega y Logística

Plazo de Entrega Máximo 20 días hábiles contados desde la aceptación de la orden de compra en la plataforma de Mercado Público.

Lugar y Horario de Entrega La entrega física de las cajas deberá realizarse obligatoriamente en la siguiente dirección:

- **Dirección:** Bodega de la Corporación Municipal de Punta Arenas, JOSE GONZALEZ #1040, Punta Arenas.
- **Horario de recepción lunes a jueves:** 08:00 a 12:30 hrs y 14:00 a 16:00 hrs.
- **Horario de recepción viernes:** 08:00 a 12:30 hrs y 14:00 a 15:45 hrs.

Nota operativa: No se recibirán productos fuera de los horarios señalados. El proveedor deberá coordinar la entrega con un mínimo de 48 horas de anticipación con el encargado de bodega institucional.

Reposición en caso de producto dañado o defectuoso El proveedor adjudicado deberá reponer, sin costo alguno para la Corporación Municipal, cualquier frasco que presente fallas de sellado, activación defectuosa, abolladuras o vencimiento prematuro. El plazo máximo para

la reposición será de 5 días hábiles contados desde la notificación formal del reclamo por parte del comprador.

Documentos Requeridos al Oferente Los proponentes deberán subir al portal los siguientes antecedentes vigentes para que su oferta sea evaluada:

1. Certificado de vigencia de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
2. Declaración jurada simple de no estar afecto a las inhabilidades del artículo 4 de la Ley 19.886.
3. Ficha técnica oficial del fabricante que detalle los componentes del sistema cerrado e incluya imágenes referenciales del producto ofertado.
4. Certificaciones de calidad del producto (ISP, ISO, CE o FDA según corresponda).

Desempate y Preferencia Local Frente a un escenario de igualdad entre dos o más oferentes, se otorgará prioridad de adjudicación a aquel proveedor que acredite calidad de Oferente Local.

- Esta preferencia será válida única y exclusivamente si el proveedor regional cumple a cabalidad con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos.
- Esta medida responde a criterios de eficiencia logística, optimización de los tiempos críticos de despacho y la garantía de una respuesta inmediata para reposiciones de insumos médicos en zonas extremas, asegurando la continuidad operativa de los programas de salud comunales.