

Nombre del Producto

Placas Universales de Electrocirugía REM Adulto.

Descripción General

La presente adquisición tiene por objeto el suministro de placas universales de electrocirugía REM para pacientes adultos, destinadas a los procedimientos quirúrgicos programados en los establecimientos dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas. El propósito es asegurar la disponibilidad constante de insumos que cumplan con altos estándares de seguridad clínica, mitigando los riesgos asociados al uso de unidades de electrocirugía y garantizando una atención segura para los usuarios del sistema de atención primaria.

Función

Contar con insumos críticos de protección para procedimientos de electrocirugía. La placa universal actúa como electrodo de retorno, disipando la corriente eléctrica de manera eficiente y previniendo quemaduras térmicas en el paciente, lo que asegura la continuidad operativa y la seguridad dentro del pabellón de cirugía menor.

Nivel de Calidad Esperado

Estándar clínico institucional máximo, apto para uso en pabellón quirúrgico, altamente resistente a la manipulación clínica y en estricto cumplimiento de las normativas de seguridad sanitaria nacionales e internacionales vigentes para dispositivos médicos de uso humano.

Especificaciones Técnicas del Bien/Servicio

- **Ítem:** Placa Universal de Electrocirugía REM Adulto.
- **Tipo:** Electrodo de retorno dividido (REM/Bipartida) compatible con sistemas de monitoreo de calidad del contacto.
- **Dimensiones Referenciales:** Tamaño estándar para paciente adulto.
- **Color:** Blanco o colores claros sobrios en su cara externa expuesta.
- **Materiales:** Soporte de espuma de poliuretano flexible y capa de gel suave «Hidrogel» altamente conductivo.
- **Garantía:** Cobertura total por defectos de fabricación hasta la fecha de vencimiento rotulada en el empaque original del producto.
- **Presentación:** 60 sobres que contengan 5 unidades debidamente individualizadas y selladas o en su defecto, packs o set que cumplan con la cantidad total de 300 unidades, siempre y cuando garanticen su esterilidad e indemnidad, rotulado con lote y fecha de vencimiento visible. Despachado en cajas organizadas y debidamente protegidas contra la humedad y el aplastamiento.

Características Técnicas Críticas

- **Gel Conductivo Avanzado:** Debe incorporar Hidrogel de alta conductividad que asegure una fácil disipación de la corriente eléctrica.
- **Seguridad Térmica:** El hidrogel incorporado debe calentarse mínimamente durante su uso, ofreciendo una mayor seguridad y protección contra quemaduras al paciente.
- **Propiedades Adhesivas:** Adhesión uniforme, firme y segura sobre toda la superficie de la placa, impidiendo desprendimientos accidentales durante el procedimiento quirúrgico.
- **Biocompatibilidad Dermatológica:** El hidrogel debe poseer una excelente tolerancia en la piel, reduciendo el riesgo de irritaciones locales.
- **Composición Segura:** Producto 100% libre de látex para prevenir reacciones alérgicas en pacientes y personal de salud.
- **Estructura Flexible:** Soporte de espuma de poliuretano flexible que se adapte perfectamente a los contornos anatómicos del paciente adulto.

Requisitos Funcionales, Operativos o Normativos

- El dispositivo médico debe contar de forma obligatoria con las siguientes certificaciones internacionales y nacionales: Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos ISO 13485, Certificado de Destinación Aduanera y de Autorización de Uso y Disposición (CLV / ISP según corresponda), Certificación de Producto Libre de Látex y Certificación de la Comunidad Europea (CE).
- Compatibilidad universal con los equipos de electrocirugía con sistema de monitoreo de resistencia de contacto (REM) operativos en la red de salud.

Instalación, Capacitación y Soporte

- **Soporte postventa:** Sí. El proveedor debe designar un asesor técnico para responder de manera inmediata ante eventuales reportes de fallas de adhesión o alertas de tecnovigilancia emanadas por los centros de salud de la comuna.

Vida Útil Esperada

El producto deberá contar con una vida útil o fecha de caducidad mínima de 18 a 24 meses contados desde el momento de su recepción conforme en las bodegas de la institución, debiendo mantenerse óptimo bajo condiciones de almacenamiento clínico en ambientes interiores secos y protegidos de temperaturas extremas.

Plazo de Entrega

Máximo 20 días hábiles contados desde la notificación de la aceptación de la orden de compra en la plataforma de Mercado Público. El plazo comenzará a correr de forma indeclinable una vez que la orden de compra figure en estado aceptada por el proveedor.

Lugar y Horario de Entrega

La entrega material de los insumos deberá realizarse estrictamente en la siguiente dirección y dentro de las franjas horarias establecidas:

- **Lugar:** Bodega de la Corporación Municipal de Punta Arenas.
- **Dirección:** JOSE GONZALEZ #1040
- **Horario de recepción:** Lunes a jueves de 08:00 a 12:30 hrs y de 14:00 a 16:00 hrs. Viernes de 08:00 a 12:30 hrs y de 14:00 a 15:45 hrs.
- **Condición de entrega:** No se recepcionará carga fuera de los horarios indicados. El proveedor logístico tendrá la obligación de coordinar la entrega con un mínimo de 48 horas de anticipación con el encargado de bodega de la Corporación.

Documentos Requeridos al Proveedor

- Certificado de vigencia de la sociedad o del emisor ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Declaración jurada simple de no estar afecto a las inhabilidades contempladas en la Ley de Compras Públicas.
- Ficha técnica oficial del fabricante del producto, la cual debe incluir imágenes referenciales nítidas y detalladas del insumo propuesto.
- Copia digital de las certificaciones requeridas: ISO 13485, CLV, Certificado Libre de Látex y Certificado CE.

Reposición en Caso de Producto Dañado o Defectuoso

El proveedor adjudicado deberá reponer de forma íntegra, inmediata y sin costo alguno para la Corporación Municipal, cualquier unidad o lote de placas que sea entregado con daños en su empaque secundario, fallas en el sellado hermético, defectos evidentes de fabricación o que activen alertas en el monitor del equipo electrobisturí. Dicha reposición se deberá materializar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación formal del rechazo, previa emisión del acta de recepción no conforme por parte del área técnica o del encargado de bodega.

Desempate y Preferencia Local

En el escenario de que se verifique un empate entre dos o más oferentes con bienes de similares características técnicas, se valorará positivamente y se adjudicará con estricta prioridad al oferente que demuestre tener su casa matriz, sucursal o centro de distribución operativa registrado dentro de la comuna de Punta Arenas.

Esta preferencia local se aplicará únicamente si el oferente cumple a cabalidad con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas en este documento. Esta disposición constituye una medida de carácter estratégico para resguardar la eficiencia en la gestión logística, acortar de manera sustantiva los tiempos de despacho en la zona austral, y asegurar

una capacidad de respuesta e intercambio inmediato ante imprevistos, resguardando de este modo la continuidad operativa de los programas de salud pública comunales.