

FORMULARIO DE COMPRA “COMPRA ÁGIL”

1. SOLICITUD DE LA COMPRA.

DATOS DE CONTACTO	
ÁREA	Administración Central
ESTABLECIMIENTO	Operaciones
DIRECCIÓN DE DESPACHO	SAR CESFAM Padre Manuel Villaseca: Avenida Luis Matte Larraín, N° 02312, Puente Alto.
ENCARGADO DE RECEPCIÓN	Rodrigo Taboada Ruiz
TELÉFONO DE CONTACTO	+569 5018 1433
HORARIO DE RECEPCIÓN	Entre 9:00 hrs. y 17:30 hrs.
CORREO	rodrigo.taboada@cmpuentealto.cl

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO	
TIPO DE COMPRA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
FINANCIAMIENTO	10 - Operacional
TOTAL COMPRA	\$ 1.500.000.-
ESTIMADO O DISPONIBLE	Disponible
TIEMPO DE PUBLICACIÓN (MIN 24 HRS)	24 horas.

***ART. 97 DEC. 661, MONTO IGUAL O INFERIOR A 100 UTM.**

2. ECONOMÍA CIRCULAR

CONSULTA AL CATALOGO	SI ☐ NO ☒
*En el caso de que el producto este en el catálogo, justificar ¿Por qué no se está adquiriendo el producto por ese mecanismo?	

3. CONVENIO MARCO

CONSULTA AL CATALOGO	SI ☐ NO ☒
*En el caso de que el producto este en el catálogo, justificar ¿Por qué no se está adquiriendo el producto por ese mecanismo?	

4. PARTICIPANTES.

SOLICITANTE UT: FECHA DESDE (14-07-2026) HASTA (XX-XX-2026)

NOMBRE	Rodrigo Taboada Ruiz
--------	----------------------

R.U.T	15.383.946-8
CARGO	ITS Encargado de Equipamiento Especializado
CORREO	rodrigo.taboada@cmpuentealto.cl

COMISION EVALUADORA: FECHA DESDE (XX-XX-2026) HASTA (XX-XX-2026)

NOMBRE	Samuel Fuentes Muñoz
R.U.T	18.212.023-5
CARGO	Coordinador de Mantenimiento
CORREO	samuel.fuentes@cmpuentealto.cl

5. PLAN ANUAL DE COMPRAS (COMPLETAR DESDE LA UT)

CUENTA PRESUPUESTARIA	
ID PAC	NO

6. PLAZO DE ENTREGA.

DÍAS HÁBILES	<u>15 a 20 días hábiles</u>
--------------	-----------------------------

7. PRODUCTOS O SERVICIOS.

• DESCRIPCION BREVE DEL REQUERIMIENTO:

Para el Equipo de RX Osteopulmonar, marca SAMSUNG, modelo XGEO-GU60A, instalado en el SAR del CESFAM Padre Manuel Villaseca, se requiere la compra de los siguientes servicios :

- Mantenimiento Preventivo acorde con la siguiente pauta de mantención :
 - Verificación de equipo.
 - Limpieza general del equipo.
 - Lubricación del equipo.
 - Limpieza y chequeo de UPS.
 - Revisión de accesorios.
 - Revisión de sistema de frenos.
 - Revisión de alarmas.
 - Revisión de colimador.
 - Calibración del sistema (movimientos del arco U, detector, generador).
 - Chequeo de generación de rayos X.
 - Pruebas de funcionamiento inalámbrico flat Panel.
 - Chequeo de software y log de errores.
 - Revisión de sistemas de control.
 - Etiquetado de próxima mantención.
 - Chequeo de conteo de disparos del equipo.
- Se requiere la mantención correctiva del equipo de Rayos X del SAR
- Se requiere la revisión, inspección técnica y diagnóstico del estado operativo del equipo de Rayos X del SAR.

Para la ejecución de todo lo anterior, la empresa adjudicada deberá realizar una visita técnica en el centro de salud CESFAM PADRE MANUEL VILLASECA, Deberá considerarse como equipo de rayos X todos los involucrados (háblese de equipo, estación de trabajo y sistema de generador, UPS, etc.). Se considerarán como entregables los siguientes :

- Equipo de Rayos X Operativo, sin errores.
- Informe técnico con registro de LOG de errores, y registro de mediciones relevantes.

Detalle del Equipo

CESFAM						
N°	Centros de Salud	Dirección	Equipos RX	Marca	Modelo	Número de Serie
1	CESFAM Padre Manuel Villaseca	Avenida Luis Matte Larrain N° 02312, Puente Alto.	1	SAMSUNG	XGEO-GU60A	50VPM3AG900001P

Fotografía de Referencia



Log de Errores

Registro de mensaje de advertencia	
Fecha/hora	Mensaje
13/07/2026 10:49:49	Detector desconectado. (S4343-W : KR14MI9002026ADWCY800027)
13/07/2026 10:49:36	THU is disconnected.

- LISTADO

PRODUCTO O SERVICIO	REQUISITOS TECNICOS OBLIGATORIO	CANTIDAD
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Rayos X Osteopulmonar, marca SAMSUNG, modelo XGEO-GU60A, del SAR del CESFAM Padre Manuel Villaseca.	• Mantenimiento Preventivo debe ser realizado en el Equipo de Rayos X Osteopulmonar situado en el SAR del CESFAM Padre Manuel Villaseca, dirección Avenida Luis Matte Larraín N°02312, Puente Alto. • Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección “DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO”. • Ejecución de Mantenimiento : Julio 2026.	1 Mantención Preventiva 1 Mantención Correctiva 1 Diagnóstico y Revisión General

Consideraciones Técnicas y Administrativas:

- La cotización deberá incorporar tiempo para la entrega del producto.
- Se requerirá certificado de servicio técnico autorizado por Samsung para Latinoamérica o Chile, que habilite a la empresa oferente para realizar el servicio técnico de mantenciones preventivas y correctivas de los equipos SAMSUNG, en territorio chileno.
- NO se requerirá Certificado de Representación de Marca.

8. DE LA EVALUACIÓN (POR PROVEEDOR)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTAS			
CRITERIOS	CUMPLE		
	SI	NO	NA
Se ajusta a presupuesto			
Cumple de especificaciones técnicas para CADA uno de los Items			
Especifica Plazo de entrega			

CLÁUSULAS DE DESEMPATE (OPCIONALES, ELIMINAR SI LO CONSIDERA)
El desempate se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 1. Oferente que presente la mejor oferta económica. 2. Oferente que presente el menor plazo de entrega. 3. Oferente incluye en oferta económica el despacho.