

KWG / FMJ / mag

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENCIÓN

I. Antecedentes generales

Actualmente, el **C.C C. R Atención ambulatoria** presenta fallas operativas en equipo médico Espirómetro. Debido a la naturaleza crítica de esta unidad para el diagnóstico médico, **se requiere el servicio de Evaluación y Diagnóstico** para asegurar la continuidad operativa y la fidelidad de los registros clínicos. Específicamente, se requiere la intervención del siguiente equipo asociado a la **Solicitud de Mantenición N°103549**.

Bien y/o producto	Marca / Modelo	N° Inventario	N° Serie	Ubicación y/o C.C.
Espirómetro	6800	31-53964	PN25299	C. R Atención ambulatoria

II. Servicio Evaluación y Diagnostico

Orden de trabajo interna N°103549. El espirómetro presenta fallas al momento de tomar examen no muestra resultados. Se solicita la evaluación del equipo con el fin de determinar la causa de la falla y emitir un informe técnico con el diagnóstico, las recomendaciones para su reparación y de corresponder, la cotización respectiva

III. Requisitos técnicos

- Garantía, el proveedor deberá garantizar la cobertura del servicio por un período mínimo de tres meses, contados a partir de la entrega o recepción conforme del equipo.

Mauricio
Arteaga
Garces

Firmado digitalmente por
Mauricio Arteaga Garces
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Mauricio Arteaga
Garces, c=CL, l=Los Angeles,
st=Biobio,
email=administrador.
panel@ssbiobio.cl
Fecha: 2026.08.14 09:52:45
-04'00'

Mauricio Arteaga Garcés
Unidad de Equipos Médicos
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz,
Los Ángeles