

REQUERIMIENTO

Hospital Regional de Copiapó requiere la adquisición de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Diagnostico Correctivo del Otoemisor de Screening Auditivo, según las siguientes especificaciones:

1. DETALLE DE REQUERIMIENTO.

PRODUCTO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
QUEMADOR	12 unidades	Quemador Referencia: M412025P
CHISPERO	4 unidades	Chispero Referencia: 44328701P
CABLE	8 unidades	Cable de ignición 44061605P
MODULO DE ENCENDIDO	4 unidades	Módulo de encendido Tablero eléctrico Referencia: 70367301
TERMOSTATO	4 unidades	Termostato límite superior de llama Ubicado sobre quemadores Referencia: M411404
TERMISTOR	4 unidades	Termistor/sensor de temperatura Ubicado bajo el tambor Referencia M414704
VALVULA ZOLENOIDE	1 unidad	Válvula zolenoide de gas Referencia: 44166701 2aReferencia :36J55-214 2-Stage Manifold Gas Valve (36G55-214) USA

2. CONDICIONES DE COTIZACION

- ❖ El oferente no podrá exceder los plazos ofertados
- ❖ El oferente deberá proporcionar cotización detallada de servicio ofertado.
- ❖ Oferente debe adjuntar correo electrónico y numero de contacto.
- ❖ El oferente adjudicado tiene un plazo de 24 horas para la aceptación de orden de compra, en caso de no cumplirse se da por rechazada.

3. FORMALIZACION DEL SERVICIO

- ❖ Para los casos en que los proveedores adjudicados no estén inscritos, se otorga un plazo de 15 días para hacerlo, el que se contará desde que le es comunicada emisión de la orden de compra respectiva.
- ❖ El Servicio se formalizará mediante orden de compra emitida entre el Hospital Regional de Copiapó y la aceptación de esta por parte de la empresa adjudicada.

4. NORMATIVA NT226

Se debe dar cumplimiento a lo solicitado por la Norma "NT226", respecto a las informaciones de los dispositivos médicos:

MARCA	MODELO	LOTE	SERIE/CÓDIGO/REF.	CANTIDAD	FECHA FABRICACIÓN	FECHA VENCIMIENTO.