

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

1. OBJETIVO

Adquirir una silla de ruedas eléctrica destinada a apoyar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, permitiendo contar con un equipo funcional, seguro y adecuado para su uso, conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el presente documento.

2. CONDICIONES GENERALES

- Los proveedores deberán cotizar la totalidad del producto requerido, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
- El producto deberá ser nuevo, sin uso, en buen estado y contar con garantía mínima de 12 meses por fallas de fabricación.
- La oferta deberá indicar marca, modelo y adjuntar ficha técnica, catálogo o antecedente equivalente que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- El valor ofertado deberá considerar despacho incluido dentro de la comuna de Providencia.
- No se aceptarán productos reacondicionados, usados, incompletos o que no permitan verificar técnicamente el cumplimiento de lo solicitado.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
Producto	Silla de ruedas eléctrica, similar o equivalente a marca Medicaltec modelo 112-B,
Material estructura	Estructura de acero y/o aluminio, resistente y apta para uso en silla de ruedas eléctrica.
Sistema de propulsión	Debe contar con dos motores eléctricos de 180 W cada uno como mínimo, o potencia total mínima de 360 W.
Frenos	Frenos electromagnéticos o sistema de frenado equivalente que permita detención segura del equipo.
Ancho útil del asiento	Entre 42 cm y 44 cm aprox.
Reposabrazos	Reposabrazos abatibles o desmontables, que faciliten el acceso y traslado del usuario.
Diseño	Plegable o compactable, que facilite su traslado y almacenamiento.
Batería	Debe incluir batería recargable, cargador compatible y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
Sistema de control	Control tipo joystick, remoto o sistema equivalente de manejo, instalado y operativo.
Capacidad de carga	Capacidad mínima de usuario de 100 kg.
Seguridad y estabilidad	Debe ser estable, segura para el usuario y contar con ruedas, apoyapiés y elementos de sujeción propios del equipo.
Garantía	Garantía mínima de 12 meses por fallas de fabricación.
Documentación	Debe incluir manual de uso o instrucciones básicas de funcionamiento, mantenimiento y carga de batería.

4. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

Al momento de la recepción, la unidad requirente verificará que el producto entregado corresponda a lo ofertado y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. En caso de que el producto no corresponda a lo requerido, presente características distintas, se encuentre incompleto, defectuoso o no funcione correctamente, podrá ser rechazado, debiendo el proveedor reemplazarlo sin costo adicional para la Municipalidad.

5. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

La entrega deberá realizarse en la comuna de Providencia, previa coordinación con la unidad requirente.

6. IMPORTANTE

- Las especificaciones señaladas corresponden a requisitos mínimos. Se aceptarán productos equivalentes o superiores, siempre que cumplan íntegramente con lo solicitado y permitan su verificación mediante antecedentes técnicos.

Imagen de referencia

