



FVM

Solicitud compra ágil Nº: 09-2026/
MAT.: Adquisición resucitadores manuales
San Carlos, 08 de mayo de 2026

SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL 09-2026

Se requiere adquirir un set de otoscopio para CAE Otorrino, bajo la modalidad de Compra Ágil, con las siguientes características:

1.	1 otoscopio para CAE Otorrino.
2.	Características técnicas según anexo.
3.	Proveedor debe acreditar las siguientes condiciones mediante certificación o carta: - Representación o autorización de distribución de marca. - Garantía de al menos 12 meses - Tiempo de entrega de hasta 5 días corridos

Se contempla un presupuesto máximo de **\$ 850.000 IVA incluido** en total.

Sin otro particular, y esperando una buena acogida, saluda atentamente a usted.

Francisco Villa Muñoz
Ingeniero Civil Biomédico
Hospital de San Carlos

- Distribución:
Abastecimiento
SDRRFFyFF
Finanzas

Anexo EETT:

Nombre :	OTOSCOPIO
Especificaciones Técnicas	
Características Técnicas Equipo	
General	Instrumento médico óptico con fuente de luz y zoom utilizado para examinar los oídos
Dimensiones máximas	70 x 50 x 60 mm
Peso máximo	150 gramos
	Otoscopía neumática sellada
Tipo iluminación	Fibra óptica en anillo, fuente LED
Campo de visión	2,5X
Zoom	5X
Diseño	Orientado a eliminar la necesidad de enfocar
Salida total de luz	Al menos 5000 lux
IRC (CRI)	95 +/- 5
T° color	Entre al menos 3200 y 4500 K
Batería	Li-ion o similar. Al menos 600 exámenes de 30 segundos
Peso mango	Máximo 150 gramos
Opción de carga	Mediante USB-C
Tiempo de carga de 0-70%	Máximo 2 horas
Compatibilidad con base de carga	Welch Allyn 719-DSK. De no ser compatible, deberá proveer base de carga de escritorio con capacidad para al menos dos mangos
Consideraciones y exigencias	
Normas y Certificaciones	Indicar Normativa (CE como mínimo)
Garantía Técnica	De al menos 12 meses
Manuales	Manual de operación en español.
Instalación	Incluye flete sin costo para el establecimiento.
Capacitación	Capacitación a personal médico de ser necesaria.
Plazo máximo de entrega	5 días corridos