

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **UNA ESTUFA DE INCUBACIÓN PARA MUESTREO MICROBIOLÓGICO 88 L**

Equipo de incubación de laboratorio destinado al crecimiento y mantenimiento de cultivos microbiológicos, utilizado en procedimientos de análisis de muestras ambientales, de superficies y manipuladores de alimentos.

La estufa deberá contar con capacidad aproximada de 88 litros y cámara interior fabricada en acero inoxidable, resistente a la corrosión y de fácil limpieza.

El equipo deberá disponer de control digital de temperatura, con rango de operación aproximado entre temperatura ambiente +5 °C hasta al menos 60 °C, adecuado para incubación microbiológica.

Debe contar con sistema de circulación de aire o convección que asegure una distribución uniforme de la temperatura en la cámara de incubación.

El equipo deberá incluir bandejas o parrillas ajustables para la colocación de placas de cultivo u otros materiales de laboratorio.

La puerta debe contar con sistema de cierre hermético y visor o ventana de observación que permita verificar el interior sin alterar las condiciones de incubación.

El equipo deberá operar con alimentación eléctrica compatible con red de 220 V, e incluir manual de uso y garantía del fabricante.

2.UN PUPINEL: Capacidad de 40 lts. Medidas: 54 cm de alto, fondo 39 cm, largo 58 cms. Para la esterilización de instrumental quirúrgico. Sistema de calor en seco. Debe ser completamente de acero inoxidable y de fácil uso. Para esterilizar se podrá usar papel kraft o papel grado médico. Debe incluir una espátula tira bandeja, manual de instrucción y garantía mínima de un año.

3.UN REFRIGERADOR PORTÁTIL ELÉCTRICO DE COMPRESOR CON BATERÍA INTEGRADA: Refrigerador portátil eléctrico de compresor, diseñado para la conservación y enfriamiento durante actividades en terreno o transporte. El equipo deberá contar con capacidad aproximada de 30 litros y una zona de almacenamiento, permitiendo un adecuado espacio para la conservación de productos.

El refrigerador deberá incorporar una batería integrada y removible con capacidad aproximada de 15.600 mAh, que permita una autonomía mínima de hasta 4 horas con el compresor en funcionamiento, pudiendo mantener el equipo encendido

entre 10 y 20 horas aproximadamente, dependiendo de la temperatura seleccionada y de las condiciones de temperatura ambiente.

El equipo deberá ser capaz de alcanzar un rendimiento de enfriamiento de hasta -20 °C, permitiendo su uso tanto como refrigerador como congelador portátil. Además, deberá contar con iluminación LED interior, que facilite la visualización del contenido en condiciones de baja iluminación.

El dispositivo deberá incluir conectividad mediante aplicación móvil vía Bluetooth, permitiendo el control y monitoreo del equipo de manera remota. Asimismo, deberá disponer de al menos una salida USB para carga de dispositivos electrónicos.

El refrigerador deberá contar con controlador solar integrado, que permita la conexión de una manta o panel solar compatible para apoyar su funcionamiento energético en exteriores.

En cuanto a su diseño, el equipo deberá presentar estructura robusta para uso en terreno, incorporando ruedas y manilla tipo maleta, que faciliten su transporte. Sus dimensiones aproximadas deberán ser de 63 cm de largo, 38 cm de ancho y 39 cm de alto.

El equipo deberá estar diseñado para funcionamiento continuo (24/7) y entregarse nuevo, en su embalaje original, con manual de uso y garantía mínima de 1 año, listo para su utilización.

Guantes quirúrgicos estériles fabricados en látex de caucho natural, deben ser esterilizados mediante procesos certificados, asegurando que estén libres de microorganismos y sean seguros para su uso en cirugías y procedimientos invasivos.

Cada guante debe presentarse empaquetado individualmente en pares, manteniendo la esterilidad hasta el momento de su uso. La talla solicitada para esta especificación es 7 ½

El producto debe entregarse nuevo, en su embalaje original, con esterilidad garantizada y listo para su uso profesional.