

	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIOS		Versión:0
			Emisión: 17-03-2023
	RG-23-PR-620.00-001		Actualización: 17-03-2023
N° MEMORÁNDUM ASOCIADO	115/2026		
ID DESTIÓN DOCUMENTAL	1134908		
ID PLAN DE COMPRAS			
CARGO RESPONSABLE FORMULARIO TÉCNICO	JEFE UNIDAD DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO [UMEL]		
SECCIÓN SUBDEPARTAMENTO	RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES / AMBIENTES LABORALES		
DEPARTAMENTO	SALUD OCUPACIONAL		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
NOMBRE O REFERENCIA DEL SERVICIO	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA PARA EQUIPO DE DOSIMETRIA TERMOLUMINISCENTE PERTENECIENTE A LA SECCIÓN RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL		
	TAG	6602	
	EQUIPO	EQUIPO DE DOSIMETRIA TERMOLUMINISCENTE	
	MARCA	PANASONIC	
	MODELO	UD-794D	
	SERIE	13400044	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	30 DIAS HABILES		
DETALLE DEL SERVICIO (ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR) Se puede adjuntar actividades a realizar		CANT	DETALLE
	REPUESTOS	1	FUENTE DE PODER DE PC
	MANO DE OBRA	1	MANTENCION CORRECTIVA
	GARANTIA MINIMA POSTERIOR AL SERVICIO:	3 MESES	
	REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS		
	REVISIÓN INICIAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.		
	REALIZAR DESARME DE EQUIPO PARA PROCEDER CON INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA DEL EQUIPO.		
	REEMPLAZO DE REPUESTOS DETALLADOS EN ÍTEM "REPUESTOS"		
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS.		
	VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.		
	VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DE LÁMPARAS Y PARTES INVOLUCRADAS.		
	VERIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS CONTADORES DE FOTONES Y DE FRECUENCIA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE FABRICANTE.		
	PROCEDER A LA LECTURA DE 500 DOSÍMETROS PARA VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LECTURA Y DE IRRADIACIÓN DEL EQUIPO EN LABORATORIO.		
	INSPECCIÓN DE SISTEMA DE BATERÍAS Y MEDICIÓN DE TIEMPO DE RESPALDO EN CASO DE CORTE ELÉCTRICO.		
	INSPECCIÓN DE SISTEMA DE BANDEJA DE ENTRADA DE DOSÍMETROS.		
	PRUEBAS Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN, JUNTO AL USUARIO.		
	ELABORAR INFORME CON DETALLES DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y TRABAJO REALIZADO.		
	ELABORAR Y - O ACTUALIZAR BITÁCORA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DEL LABORATORIO INDICANDO TAREAS EFECTUADAS, PARTES REEMPLAZADAS Y FECHAS ASOCIADAS.		
	ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O ESTANDARES UTILIZADOS VIGENTES (DE SER NECESARIO).		
	EL PERSONAL QUE EJECUTE EL SERVICIO DEBE ESTAR CAPACITADO CON SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN Y CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMO EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS DETALLADOS EN ÍTEM [ADJUNTAR CURRÍCULUM]		
	EN EL CASO DE VERIFICACIÓN DE PARAMETROS EN EL SERVICIO, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON INSTRUMENTOS CON CALIBRACIÓN VIGENTE EN EL ALCANCE A EJECUTAR, DEBERA ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS DE ESTANDARES UTILIZADOS.		
	EL SERVICIO DEBE SER GESTIONADO POR EL REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA MARCA EN CHILE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA. [ADJUNTAR CARTA]		
	LOS REPUESTOS DEBEN SER NUEVOS Y NO USADOS ADQUIRIDOS DIRECTAMENTE A FABRICA O POR EL DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA MARCA [ADJUNTAR CARTA DE REPRESENTACIÓN]		



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/ZOUWJO-956>

FORMA DE PAGO				
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	AV. MARATHON # 1000, ÑUÑO A			
MONTO REFERENCIAL	\$134.914			
LUGAR DE RECEPCIÓN	AV. MARATHON #1000, ÑUÑO A			
I	EN CASO DE RETIRO DEL EQUIPO, DEBE SER POR CARGO DEL PROVEEDOR, EL CUAL, SERA EL RESPONSABLE DEL TRASLADO, PERDIDAS O DAÑOS EN EL EQUIPO, CONSIDERANDO TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS A TRASLADOS, ADUANAS Y VIATICOS DEL SERVICIO (DE SER NECESARIO), DESDE LAS DEPENDENCIAS DE ISP, UBICADO MARATHON N°1000, ÑUÑO A, CON ENTREGA DE GUIA DE DESPACHO.			
	EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE EN HORARIO DE OFICINA, EL DÍAS HÁBILES, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:00 HRS, DEBIDAMENTE SINCRONIZADO CON LA COORDINADORA DEL SERVICIO Y EN CONCORDANCIA CON LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL USUARIO DE LA UNIDAD.			
	LOS DATOS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA INSTITUCIÓN DEBE SER CON 24 HORAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.			
	EL PERSONAL QUE ASISTA A REALIZAR EL SERVICIO DEBERA PRESENTARSE EN LA OFICINA DE UNIDAD DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y CONTACTAR A LA PERSONA QUE COORDINO EL SERVICIO. DEBERA REGISTRARSE EN EL LIBRO DE ASISTENCIA Y SERÁ INFORMADO DEL LUGAR ESPECÍFICO DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO A INTERVENIR.			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	FACTOR	PUNTAJE	MECANISMO DE FORMULACIÓN DE PUNTAJE
	Oferta Económica		80	$P(i) = C(\min) \times 70$
				$C(i)$
				Donde:
				$P(i)$: Puntación de la oferta económica del proponente "i"
				$C(i)$: Precio de la oferta económica del proponente "i"
	Criterio sustentable	a) Sello Certificación Medioambiental	10	El oferente cuenta con algún sello o certificación medioambiental, deberá adjuntar el certificado
			0	El oferente no cuenta con algún sello o certificación medioambiental.
		b) Inscripción en el Programa HuellaChile	10	El oferente ha inscrito en Sectorial "Huella de Carbono" en ventanilla única de ROTC, o presenta mail de recepción conforme del envío del oferente de la Carta Compromiso Voluntario (huellach.le@rnma.gob.cl). Se debe adjuntar correo confirmación inscripción o correo recepción carta de compromiso voluntario conforme a procesos del programa HuellaChile (más detalles www.huellachile.cl)
			0	El oferente no se ha inscrito en Sectorial "Huella de Carbono" en ventanilla única de ROTC, o presenta mail de recepción conforme del envío del oferente de la Carta Compromiso Voluntario (huellach.le@rnma.gob.cl)
FIRMA DEL SOLICITANTE O RESPONSABLE TÉCNICO				
FECHA DE SOLICITUD	16-06-2026			

Consultas: planiabast@ispch.cl



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/ZOUWJO-956>