

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIONES

Hospital Abraham Godoy Peña — Uso exclusivo de personal autorizado
(de preferencia contestar de forma digital, en su defecto con letra imprenta y legible)

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Unidad/Servicio:	OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Referente Técnico:	DIEGO SEREY GALLARDO
Cargo:	JEFE EQUIPOS MEDICOS
Correo Institucional:	DIEGO.SEREY.G@REDSALUD.GOB.CL
Teléfono/Anexo interno:	+569 7252 6880

2. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:

2.1 Nombre del requerimiento:

SE SOLICITA COMPRA AGIL PARA ADQUISICIÓN DE O2 REGULADOR DE TANQUE DE OXIGENO (50%)-OXIDO NITROSO (50%)

2.2 Marque con una X el tipo de requerimiento en cada recuadro

☒	Bienes, Suministro
☐	Servicios, Arriendo, Mantenimiento, Personal, etc.
☐	Obras Menores

☒	Compra Única
☐	Compra Prolongada en el tiempo (especificar)

- Indicar la necesidad de visita a terreno por parte del oferente

☐	Visita a terreno OBLIGATORIA
☒	Visita a terreno NO APLICA

2.3 Objeto de la contratación (Términos de Referencia)

- Objeto de la contratación (qué se requiere contratar, cantidad de meses, etc.)

Adquisición de O2 reguladores para tanque de oxígeno medicinal/óxido nitroso (50% O₂ – 50% N₂O), destinados a la administración y regulación segura de la mezcla de gases medicinales utilizada en el establecimiento.

La adquisición tiene por finalidad **disponer de los reguladores necesarios para asegurar la continuidad y seguridad en el suministro de la mezcla oxígeno-óxido nitroso (50%/50%)**, permitiendo su adecuada conexión al cilindro, regulación de presión y entrega controlada del gas al sistema o equipo correspondiente.

Los reguladores deberán ser **compatibles con cilindros de mezcla O₂/N₂O al 50%/50%**, contar con las conexiones correspondientes al tipo de cilindro utilizado por el establecimiento y encontrarse destinados para **uso con gases medicinales**.

La adquisición considera un total de **02 unidades**, las cuales deberán ser entregadas nuevas, en óptimas condiciones de funcionamiento y con la documentación técnica correspondiente.

- Requerimientos Generales y específicos, (Características, normas, Estándares, Mantenimiento, Garantías, Otros.) Indicar normas técnicas, estándares mínimos, certificaciones, garantías, mantenciones, u otros requisitos relevantes.

- **Producto nuevo, sin uso y en óptimas condiciones de funcionamiento.**
- El regulador deberá estar diseñado específicamente para **gases medicinales**.
- Deberá ser compatible con **mezcla medicinal Oxígeno 50% / Óxido Nitroso 50% (O₂/N₂O)**.
- Deberá ser compatible con los **cilindros de gas utilizados por el establecimiento (HE)**, tanto en conexión como en presión de trabajo.
- El equipo deberá contar con **certificación, documentación técnica o respaldo del fabricante** que acredite su utilización con gases medicinales y su compatibilidad con la mezcla O₂/N₂O.
- De uso exclusivo para tratamiento OXICALM.
- El regulador deberá permitir una **regulación segura y estable de la presión de salida**.
- Todos los componentes en contacto con el gas deberán ser **compatibles con oxígeno y óxido nitroso** y adecuados para uso medicinal.
- El equipo deberá entregarse completo, incluyendo los **accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento (manguera y valvula de auto demanda)**.
- El oferente deberá entregar **manual de uso y ficha técnica** del producto.
- Deberá indicar **marca, modelo, país de fabricación y fabricante** del producto ofertado.
- Se deberá garantizar que el producto ofertado corresponde exactamente a las características técnicas solicitadas.

- Lugar donde se ejecutará/utilizará el servicio/insumo

Hospital abraham godoy peña

- Fundamentación y justificación del requerimiento (por qué es necesario)

En caso de incumplimiento el valor de la multa será el 30 % del valor de la OC.

4. DECLARACIONES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA

El solicitante declara que: (i) las especificaciones no direccionan a un proveedor, (ii) no existen conflictos de interés, (iii) se ha consultado la Plataforma de Economía Circular y Convenio Marco, y (iv) se acatarán las directivas e instrucciones de ChileCompra y la normativa interna vigente.

5. VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES INTERNAS

Registrar autorizaciones (si aplica)

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Jefatura de Servicio	Luis Barría Llaiquel	Luis Barría Llaiquel Jefe de Operaciones HAGE RUT: 15.516.240-6	20.08.2026
Subdirector Administrativo	Marcelo Canales Fiedler	 [Firma]	20/8/2026

CONSIDERAR: TIEMPO ESTIMADO REQUERIMIENTO DE COMPRA (según presupuesto)

PRESUPUESTO	PLAZO ESTIMADO	PLAZO URGENCIA
HASTA 100 UTM (Compra Ágil)	1 MES	10 DIAS
DESDE 100 HASTA 1.000 UTM	2 MESES	1 MES
DESDE 1.000 HASTA 5.000 UTM	3 MESES	45 DIAS

Nota: Sera considerado como urgencia aquellos requerimientos que cuenten con solicitud por Dirección, Subdirección Administrativa y/o Subdirección Medica.

DIEGO AXEL SEREY GALLARDO
18.457.768-2
INGENIERO CIVIL BIOMEDICO
Firma y RUN solicitante

Fecha de solicitud: 20-08-2026

La presente adquisición se fundamenta en la necesidad de **disponer de reguladores para cilindros de mezcla medicinal de Oxígeno 50% / Óxido Nitroso 50%**, destinados a la atención de pacientes en el área de **Partos y Atención Obstétrica**.

La mezcla de oxígeno y óxido nitroso es utilizada como apoyo en el **manejo del dolor durante el trabajo de parto**, permitiendo su administración de manera controlada y segura. Por lo anterior, resulta necesario contar con reguladores adecuados y compatibles con los cilindros disponibles en el establecimiento, que permitan garantizar un suministro seguro y continuo de la mezcla medicinal.

Actualmente, la disponibilidad de estos elementos resulta necesaria para asegurar la **continuidad de las prestaciones asociadas a la atención de partos**, evitando interrupciones derivadas de la falta o indisponibilidad de accesorios necesarios para la administración de los gases medicinales.

La adquisición de **02 reguladores** permitirá disponer de los elementos necesarios para la conexión y regulación de los cilindros utilizados en el área, considerando además la necesidad de contar con unidades disponibles para mantener la continuidad operacional y responder ante eventuales fallas o requerimientos simultáneos.

3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO (OBLIGATORIO, Adjuntar cotización que respalde presupuesto)

Monto estimado:	
Ítem presupuestario:	

3.1 De la Recepción Mensual (documentos solicitados, para dar V°B de requerimientos conforme a lo contratado).

No aplica.

3.3 Requisitos de instalación/puesta en marcha y capacitación

Acta de entrega o guía de despacho del equipo recibido por el hospital.

3.4 Incumplimientos sancionables, MULTAS.

- Indicar qué hecho será determinado como incumplimiento y dará pie a una multa, así como los valores propuestos como sanción, en valores UTM, asociadas a incumplimientos verificables.