

Solicitud de Compra ágil

N°12/2026

*IDENTIFICACION UNIDAD

Unidad Superior	Dirección General de Vinculación con el Medio, Universidad de Talca.
Dirección/Departamento/ Facultad	Proyecto CECREA
Persona Responsable de la compra	Blanca Zúñiga Alegría
Número telefónico de Contacto	Margarita Peña Azócar: (56-71) 2 41 730
Email de Contacto	mpena@utalca.cl

*Datos obligatorios

*ANTECEDENTES

Nombre de la Solicitud	Adquisición de un microscopio trinocular y 4 Lupa Estereoscópica para residencia Cecrea en Temuco, a cargo de la Dirección General de Vinculación con el Medio.
Presupuesto Estimado	\$1.000.000.- IVA incluido.
Centro de Costos	ADC-PE-040 CECREA

*Datos obligatorios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

COMPRAS SUSTENTABLES



La sustentabilidad en una compra pública se puede establecer mediante la incorporación de requisitos obligatorios o de criterios de evaluación. La definición de la mejor forma de añadirla dependerá del análisis caso a caso del bien o servicio requerido, velando por no establecer barreras que limiten arbitrariamente la participación a un grupo reducido de proveedores.

¿Esta compra ágil considera requisitos medioambientales?

No considera

¿Esta compra ágil considera requisitos con impacto social o económico?

No considera

DLS-DGC V.01-2025

Solicitud de Compra ágil

- *En el caso de considerar criterios sustentables, indicar el detalle de estos en la tabla de especificaciones técnicas que viene a continuación:*

Producto/Servicio:	Cantidad	Especificaciones técnicas detalladas
Microscopio trinocular profesional 40x–1000x con cámara 8 MP 4K y luz LED	1	Sistema Óptico de Alta Resolución: Alcanza una magnificación total de 40x a 1000x. Cuenta con un revólver cuádruple y objetivos acromáticos de alta calidad (4x, 10x, 40x retráctil y 100x para inmersión en aceite). Visualización Ergonómica: Equipado con un cabezal trinocular tipo Siedentopf, inclinado a 45° y con capacidad de rotación completa de 360°. Permite un ajuste interpupilar de 55 a 75mm para mayor comodidad. Oculares de Gran Campo: Incluye un par de oculares WF10x/18mm. (Opcional: Oculares WF16x). Iluminación Avanzada: Sistema de iluminación LED de 3W con intensidad ajustable, complementado por un Condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris para un control óptimo del contraste y la luz. Camara 8MP HD, 4K, USB. Especificaciones Mecánicas y Generales Platina Mecánica: Diseño de doble capa con dimensiones de 130x110mm y un recorrido X-Y suave de 70x30mm. Sistema de Enfoque: Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial, integrados con ajuste de tensión para movimientos precisos. Alimentación: 220V/50Hz.
Lupa Estereoscópica 20X	4	Dimensiones: 10 x 13,5 x 22 cm Cabezal: Binocular Objetivos: 2X Ocular: WF10x Iluminación: Lámpara Led superior Distancia interpupilar: Entre 48 y 75 mm Fuente de alimentación: 220V, 2 pilas AA Camara compatible: Camara 5.1 y 12 MP Requiere adaptador: No

Solicitud de Compra ágil

		Tamaño del embalaje: 17,5 x 14,5 x 28 cm Peso bruto: 2,4 Kg
Dirección de Despacho/Servicio:	Vicuña Mackenna 270, Temuco, Región de La Araucanía, Chile.	
Plazo máximo de Entrega:	3 días hábiles.	
Criterios Adicionales:	• El oferente debe adjuntar cotización detallada con aspectos técnicos y económicos del producto/servicio. • El valor debe incluir el costo de despacho a la dirección señalada con anterioridad. • Es requisito que la OC y factura incluyan el nombre del Proyecto CECREA.	

Notas:

- La Compra Ágil, regulada en el artículo 97 del reglamento de compras públicas N°661, está diseñada para facilitar adquisiciones de bienes y/o servicios por un monto **igual o inferior a 100 UTM**
- Permite realizar compras rápidas sin necesidad de consultar el Catálogo de Convenio Marco.
- El criterio predominante para la adjudicación **es la oferta más económica que cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas publicadas**
- Si existiera una oferta que no es la más económica, pero sí cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas publicadas; **se debe justificar dicha adjudicación con argumentos específicos, bien detallados y objetivamente respaldados.**
- Existe prohibición de contacto con el proveedor previo a una adjudicación
- Toda compra debe ser asociada al **plan anual de compras (PAC)** del respectivo año, de lo contrario no se puede continuar con su gestión
- Tiempo de tratamiento del pedido: **10 días hábiles**
- Una vez notificadas las ofertas, la unidad dispone de un máximo de **3 días hábiles** para seleccionar al proveedor y generar la adjudicación; en caso contrario aplicaría la anulación de la Solped respectiva

DLS-DGC V.01-2025

Solicitud de Compra ágil

- La Solped solo podrá ser publicada mediante el primer llamado y republicada mediante el segundo llamado. Si no se presentan ofertas en el segundo llamado o estas no cumplen con lo solicitado; se deberá anular la Solped en SAP



Blanca Zúñiga Alegría
Directora General de Vinculación con el Medio
Proyecto CECREA
Universidad de Talca