


SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL

Unidad requirente	GESTION CLINICA/ CONVENIO RESOLUTIVIDAD (COMPONENTE CX MENOR)
Responsable de la unidad	NATALIA MUÑOZ CHAMORRO- MARTA CARRASCO CACERES

PRODUCTO	DETALLE	CANTIDAD	REFERENCIA
LAMPARA MOVIL SALA DE PROCEDIENT OS CIRUGA MENOR	Base movil, 4 ruedas Iluminancia: mayor o igual a 60.000 lux Temperatura de color: 4800±300k Voltaje de la fuente de alimentación: 220V Potencia nominal de la bombilla: 3,2 V/1 W Diámetro del cabezal de la lámpara: 180 mm aproximadamente. Bombilla: bombilla LED Cantidad total de bombillas LED: desde 13 piezas. Altura ajustable: 1,5-1,8 m Irradiancia total: ≤1000W/m2 Brazo de equilibrio alrededor de la columna: 20° El codo gira alrededor del brazo de equilibrio (izquierdo/derecho): 120° Brazo de equilibrio (arriba/abajo): 45°	1	

REQUISITOS DEL PROCESO

Presupuesto REFERENCIAL disponible destinado para la adquisición antes mencionada es de \$800.000 aprox iva/inc.-

Es importante señalar que es obligatorio el cumplimiento de los requisitos MINIMOS solicitados para ser una oferta admisible y evaluable.

Importante subir cotizacion y señalar detalles de la oferta.

Plazo de entregano debe superar los 05 días habiles

Costos de traslado y entrega en dependencias del departamento de salud (Balmaceda #580, Maule)) con cargo del proveedor.



NATALIA MUÑOZ CHAMORRO
ENCARGADA DE GESTIÓN CLÍNICA.



MARTA CARRASCO CACERES
ENCARGADA DE RESOLUCIÓN