

ANEXO

Requerimientos para participar en proceso de Compra Ágil asociada al Mantenimiento Correctivo para Dermatomo Acculan modelo S75743

Nombre de la empresa: _____

R.U.T.: _____

Fecha: _____

Requerimientos que debe cumplir las empresas que participan en esta compra:

- Repuestos Originales compatibles con Dermatomo Acculan modelo S75743
- Realizar calibración de ancho de corte máximo de 78mm, ajustable en secciones de 8mm de ancho. También, se debe hacer calibración del Grosor de Corte de 0,2 a 1,2mm en pasos de 1/10
- Acceso actualizaciones de Software (cuando aplique)
- Personal Técnico Capacitado por el fabricante para realizar mantenimiento Correctivos.
- Certificado de capacitación por el fabricante.



Nombre y firma Encargado
Servicio Técnico



Observación: El postulante a este proceso afirma que cumple con los requerimientos solicitados, en caso que se encuentre algún documento adulterado será informado a la dirección de compras públicas.

Nombre y firma Encargado
Servicio Tecnico