

PLANTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de artículos por convenio MAIS

Cesfam solicitante	CESFAM Pinares Dra. Eloísa Díaz Insunza	Convenio / programa	Convenio MAIS
Fecha	16/04/2026	Responsable técnico	Carolina Pedraza Muñoz – Gestor MAIS
Cantidad requerida	13		

1. Identificación del artículo

Nombre del artículo	Especulos otoscopio
Marca / modelo referencial	Welch Allyn
Uso previsto	Instrumento medico para otoscopio que apoya la exploración del oído para diagnostico
Presentación / unidad de compra	Pack
Requisito excluyente	Sin requisito


2. Especificaciones técnicas

El espejo otoscopio desechable de 4,25 mm es un instrumento médico utilizado en la exploración del oído. Este producto, fabricado por Welch Allyn, es de un solo uso, lo que garantiza la higiene y evita la transmisión de infecciones entre pacientes. El espejo otoscopio desechable está diseñado para adaptarse a los otoscopios estándar, lo que facilita su uso en consultorios médicos, hospitales y clínicas.

Seguros y cómodos, Diámetro de 4,25 mm, Son fabricados en plástico no tóxico, Diseñado para la visualización del canal auditivo externo y llegar un poco más allá de la prominencia anterior en pacientes de más de 10 años.

Nota: describa solo exigencias objetivas, verificables y pertinentes al artículo a adquirir.

3. Espacio para fotografías / referencia visual

Fotografía 1 	Fotografía 2 WelchAllyn® 
Fotografía 3 Insertar imagen aquí	Fotografía 4 Insertar imagen aquí

4. Respaldo técnico complementario

Utilice este espacio para ampliar especificaciones, adjuntar observaciones comparativas o agregar referencias técnicas del artículo.

[Espacio editable para desarrollo técnico complementario]

PLANTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de artículos por convenio MAIS

Cesfam solicitante	Cesfam Dr. Virginio Gómez G. Valle la Piedra. Chiguayante	Convenio / programa	MAIS
Fecha	16/04/2026	Responsable técnico	Cristhian Baltierra Suazo
Cantidad requerida	11		

1. Identificación del artículo


Nombre del artículo	Monofilamento para evaluar pie diabetic blanco
Marca / modelo referencial	Generico
Uso previsto	Evaluación de pie diabético por parte de profesionales que atienden usuarios ECICEP
Presentación / unidad de compra	Unidad
Requisito excluyente	validado por las orientaciones técnicas del MINSAL (Ministerio de Salud de Chile), monofilamento Semmes-Weinstein 5.07, que aplica una presión constante de 10 gramos al doblarse.

2. Especificaciones técnicas

Unidades por pack: 1
Formato de venta: Unidad
Largo: 13cm.
Tamaño: aproximadamente 12,80 x 2,50 x 1,30 cm/5,03 x 0,98 x 0,51 pulgadas. Resistencia
Hecho en: plástico

Nota: describa solo exigencias objetivas, verificables y pertinentes al artículo a adquirir.





Fotografía 1 	Fotografía 2 Insertar imagen aquí
Fotografía 3 Insertar imagen aquí	Fotografía 4 Insertar imagen aquí

4. Respaldo técnico complementario

Utilice este espacio para ampliar especificaciones, adjuntar observaciones comparativas o agregar referencias técnicas del artículo.

[Espacio editable para desarrollo técnico complementario]


Cristhian Baltierra Suazo
Rut : 15.284.802 - 1
Médico de Familia



NATHALIE BELMONTE OYARCE
DIRECTORA (S)
CESFAM DR. VIRGINIO GÓMEZ G.
VALLE LA PIEDRA

Nombre y firma responsable técnico

Visto bueno / jefatura