

FICHA TÉCNICA			
I. IDENTIFICACION DE LO QUE SE REQUIERE			
SERVICIO	Departamento de Ingeniería Biomédica	Fecha	09-07-2026
NOMBRE RESPONSABLE	ING Civil Biomédico Constanza López Calderón		
TELEFONO DE CONTACTO	223316078		
CORREO ELECTRONICO	colopezc@hms.cl / kmontecino@hms.cl / mvillar@hms.cl		
II ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL REQUERIDO			
CANTIDAD REQUERIDA	4 Servicios de lubricación de empaquetaduras para Autoclaves MMM de la unidad de Esterilización. Se requiere realizar lubricación de empaquetaduras a los siguientes equipos: - Autoclave MMM, modelo Selectomat PL 9612, serie B180769. - Autoclave MMM, modelo Selectomat PL 9612, serie B150512.		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	4 Servicio de lubricación de empaquetaduras para 2 Autoclave de la Central de Esterilización, durante todos los viernes de julio del 2026 en horario hábil.		
	Incluir todos los implementos y materiales necesarios para realizar la actividad.		
	Efectuar al menos las siguientes actividades: - Limpieza de la ranura y empaquetaduras - Lubricación del riel de empaquetaduras en ambas puertas - Inspección visual del estado de las empaquetaduras - Prueba de vacío en cada equipo al finalizar		
	Servicio debe finalizar con la entrega de informe tecnico, indicando las pruebas realizadas y observaciones encontradas. Debe ser entregado a personal de Ingeniería Biomédica.		
	Adjuntar certificado de representació y/o de compatibilidad de servicios con la marca.		
	Mano de obra incluida, costos de traslado u otros		
PLAZO DE ENTREGA	Coordinación considerada para los viernes de julio en horario hábil.		
LUGAR DE ENTREGA	Departamento de Ingeniería Biomédica		