

SUMINISTRO DE IMPLANTES EXTREMIDAD INFERIOR:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TORNILLO CEFÁLICO DE TITANIO:

- Tornillo cefálico de titanio para cirugía de cadera.
- Diámetro: Al menos 10,5mm.
- Longitud: Entre 70mm y 130mm.

APOYO TÉCNICO

- El proveedor deberá incluir asistencia técnica o asistente quirúrgico capacitado durante todo el procedimiento.

CONDICIONES GENERALES

- Todos los productos deberán contar con certificación y cumplir con normativa vigente.
- Entrega oportuna según requerimiento clínico.
- Cotización debe incluir todos los insumos necesarios para instalación de sistema solicitado.